PB106699A

HomeSkinovations™
info@silkn.com
www.silkn.com

Silk'n®
ReVit™

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- NO BRUKSANVISNING
- FI KÄYTTÖOHJE
- SV BRUKSANVISNING
- DA BRUGSVEJLEDNING
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- IT ISTRUZIONI PER L'USO

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: February 2014

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.
Data is subject to change without notification.
Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.
Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com
www.silkn.eu, www.silkn.com

Table of Contents

1. What is Revit™? *2*
2. Revit™ Device Description *3*
3. Revit™ Package Contents *3*
4. Revit™ Intended Use *4*
5. Safety with Revit™ *4*
5.1 When to Consult Your Personal Physician Before Using Revit™ ? *4*
6. Precautions - How to Use Revit™ Safely *5*
6.1 Avoid Complications After Using Revit™ *5*
7. Reducing the Risk of Injury *5*
8. How to Use Revit™ *6*
8.1 Revit™ Setup *6*
8.2 Treating With Revit™ for the First Time *6*
9. What to Expect When Treating with Revit™ *7*
10. After Treating with Revit™ *8*
11. Revit™ Maintenance *8*
11.1. Cleaning Revit™ *8*
11.2. Replacing the Tip *8*
11.3. Replacing the Filter *9*
12. Troubleshooting *9*
13. Customer Service *10*
14. Specifications *10*
15. Labeling *121*

Before using Revit™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to procedures for using and operating the device and after-use procedures.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Revit™
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

1. What is Revit™?

Revit™ is a dual-action therapy device, combining Dermabrasion Tip exfoliation and vacuum stimulation, designed for home use.

Dermabrasion Tip exfoliation

- Gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin

Vacuum stimulation

- Helps stimulate for smoother, more youthful looking skin
- Helps improve skin tone, texture and elasticity
- Helps reduce the appearance of age spots
- Helps reduce the appearance of lines around the eyes
- Smoother looking skin

2. Revit™ device description

The Revit™ dermabrasion device has 3 FILING TIPS (A) connected to a RUBBERIZED GRIP (B) with a REPLACABLE FILTER (C), installed on the FRONT COVER CONE (D), AIR VENTS (E) located on the FRONT COVER (F) and an ON BUTTON (G) which is also the Suction Intensity Regulator found on the REAR COVER (H). The AC adaptor cord connects to the bottom of the device





3. Package contents

Upon opening the Revit™ package, you will find the following parts:

- Revit™ dermabrasion device
- Two additional Filing Tips for varied use
- A pack of filter refills
- AC cord Adaptor
- This User Manual

Revit™ Intended Use

The Revit™ device is an over the counter device intended for the exfoliation of the upper layers of the skin, for a fresher skin appearance. The Revit™ was also designed to stimulate the skin and enhance the production of collagen, in order to reduce the appearance of fine lines and rinkles.

4. Revit™ Intended Use

The Revit™ is an over the counter device intended for the exfoliation of the upper layers of the skin, for a fresher appearance. It is intended for the treatment of:

- Aging skin of body face and neck
- Fine facial lines
- Lines around the eyes
- Skin discoloration
- Dark spots and scarring
- Dull and sun damaged skin



5. Safety with Revit™

5.1 When to consult your personal physician before using Revit™?

Certain conditions may prevent the use of Revit™ temporarily, or may require medical consultation.

Please check if the if any of the following currently apply to you:

- Undiagnosed lesions
- Recent herpes outbreak
- Warts
- Sunburn
- Active Rosacea
- Unstable diabetes mellitus
- Disorders of the auto-immune system
- Skin cancer
- Vascular lesions
- Usage of oral blood thinners (anti-coagulants)

6. Precautions – How to use Revit™ Safely

It is advised that you start treatment using the finest tip set to Partial Suction Mode on a small skin area. If you see no adverse reaction, you can start treatment on full areas but still with the finest tip set on Partial Suction Mode. If your skin does not show any adverse signs, you can start treating with all other tips on Full Suction Mode.

6.1 Avoid complications after using Revit™!

- Try not to expose recently treated areas of skin to direct sunlight!
- To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher.
- Make sure that the skin is clean and dry before using Revit™.
- Do not use Revit™ on nipples and genitals (male or female).
- Do not use Revit™ for any purpose other than skin exfoliation.
- Keep this device out of the reach of children. Do not use Revit™ on children or allow children to use it.

7. Reducing the risk of injury

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using Revit™. Revit™ is an electrical device. As such it should always be kept away from water and never be used when demp or wet.

Do not reach for Revit™ if it has fallen into water. Unplug it immediatley!

Do not attempt to open or repair your Revit™ device!

Trying to open Revit™ may also damage the device and will void your warranty. Disassemble the device only when changing a filter! (for instructions on how to change the filter refer to section 11.3)

- Revit™ should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Do not operate Revit™ if it has a damaged cord or plug and keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not use Revit™ if you see or smell smoke when it is in use.
- Do not use Revit™ if any or all vents in its GRIP are blocked.
- Do not use Revit™ if any of its part are cracked, broken, or coming apart
- Unplug Revit™ before cleaning.
- Do not use Revit™ with any attachments or accessories not recommended by Home Skinovations Ltd.
- Revit™ must be operated only with its designated adaptor
- Do not insert foreign objects into the Revit™ device!

8. How To Use Revit™

8.1 Revit™ Setup

- Remove the Revit™ exfoliation device, and other components from box.
- Choose the Filing Tip you require: Coarse - for heavy duty exfoliating, Medium – for a gentler treatment, or Fine for delicate finishing. For further instructions on how to replace the TIP please refer to section 11.2

Note: it is highly reccomended to start treatment with the Fine grained tip!

- Plug the power cord into the Revit™ Device socket.
- Plug the other end of the power cord into an electrical outlet.

Your Revit™ is now ready to start.

8.2 Treating with Revit™ for the first time

The skin should be clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

1. Give the ON BUTTON one short press. The device is now on Partial Suction Mode and is ready for use.
2. Hold the device firmly from its GRIP area, making sure your hand does not block the AIR VENTS.
3. If you wish to increase the suction intensity level, press once on the ON BUTTON to increase the level from Partial to Full Suction Mode.
4. Apply the FILING TIP to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly and the TIP is in full contact with the skin.

Covering skin areas

- **Neck area**

  We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. Using smooth, downwards strokes, work the neck area



- **Forehead, cheeks and chin**

  We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. Firmly stroke from the center outwards, towards the hairline. Continue down towards the face border

- **Eye and Nose areas**

  We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. In the area of the eyebrows use short and upwards strokes carefuly avoiding the sensitive eyelids. Continue to the nose area, use streight downwards strokes following the curve of the nose and the line of the cheekbone.

9. What to expect when treating with Revit™?

During a Revit™ treatment it is normal to experience and feel:

- **A soft suction noise -** the suction pump emits a low humming sound. This is normal.
- **Some mild red or pink color -** During and just after your Revit™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. However if you see full redness of the skin, give your skin a rest for 48 hours and let it recover comfortably. If the skin continues to display signes of hypersensitivity after 48 hours, stop use of Revit™ immediately.

10. After treating with Revit™

- When a Revit™ session has been completed, turn Revit™ off by giving the ON BUTTON one quick press if you are on Full Suction Mode, or two quick presses if you are treating on Partial Suction Mode
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- It is recommended that you inspect the REPLACABLE FILTER every few treatments for skin fallout blockage. It is also important that you clean the FILING TIP periodically.
- After cleaning, it is recommended you store your Revit™ device in its original box, and keep it away from water

11. Revit™ Maintenance

11.1 Cleaning Revit™

- It is recommended that you clean your Revit™ device, and especially the FILING TIP.
- Unplug Revit™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth to gently wipe the Revit™ outer shell.
- In order to clean inside the TIP, separate it from the device by holding the GRIP and carefully detaching it from the FRONT COVER CONE. The TIP is now ready for cleaning.
- The FILING TIP can be cleaned with warm water and mild soap, using a soft brush. Dry thoroughly.
- Reattach the TIP by pushing the GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly alighned

11.2 Replacing the Tip

If you wish to treat your skin with a finer or coarser tip than the one currently in use, you can replace it by following these simple instructions:

- Separate current Tip from the device by holding its GRIP and carefully detaching it from the FRONT COVER CONE.
- Attach the TIP you chose by pushing its GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly aligned.

You are now ready to use the device with the tip of your choice

11.3 Replacing the filter

- In order to replace the filter, hold the GRIP carefully detaching it from the FRONT COVER CONE. Remove the Filter gently from its place inside the FRONT COVER CONE and dispose of it. Take a new one from the pack and place it carfully inside the CONE.
- Reattach the TIP by pushing the GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly alighned
- Never immerse Revit™ or any of its parts in water!
- This device is to be orderly disposed of when reaching End of Life stage. In this way the device's valuable materials are recycled and the environmental burden avoided.
- Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.

12. Troubleshooting

"My Revit™ does not start."

- Make sure the power cord is properly connected to the Revit™ device.
- Make sure the power cord is plugged into an electrical outlet on the wall.

"The suction is weak"

- Make sure you have good contact with the skin and that the treatment surface is evenly and firmly pressed to the skin.
- Make sure you are on FULL SUCTION mode. To check this, give the ON BUTTON a quick press. If suction increases, you were working on PARTIAL SUCTION mode.
- Make sure your fingers are not blocking the AIR VENTS. Without air going into the system, the suction becomes slow and inofficient.
- Make sure the REPLACABLE FILTER is positioned correctly inside the FRONT COVER CONE.
- Make sure the REPLACABLE FILTER is not clogged by skin particles fallout. If this is the case, replace the filter with a new one as explained in section 11.3

13. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:
For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
For customers in other countries: info@silkn.com

14. Specifications

Tip head size		Diameter 14 mm
Technology		Air vacuum Filing head
Power		12V DC 0.2A
Operation and Safety		see manual instructions
Classified standard		IEC 60601-2-57:2011
Risk Group		Exempt
Package size		Height 9 inch, Width 9 inch, Depth 5.2 inch180x180x100mm
System weight		110 gr.
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75% RH
	Storage	10 to 90% RH
Adaptor		Model: KSA24A1200150HU
Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.5A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.
Date d'impression : février 2014

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la procédure de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Toutefois, Home Skinovations Ltd n'assume aucune responsabilité quant à leur utilisation. Aucune licence n'est accordée de façon implicite ou de tout autre façon, en vertu d'un brevet ou de droits de brevet détenus par Home Skinovations Ltd.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, droits réservés, ou autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou licence à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins d'un accord explicite par écrit de Home Skinovations Ltd.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Table des matières

1. Qu'est-ce que Revit™? *12*
2. Description de l'appareil Revit™ *13*
3. Contenu du paquet Revit™ *13*
4. Utilisation prévue de Revit™ *14*
5. La sécurité avec Revit™ *14*
5.1 Dans quels cas est-il nécessaire de consulter votre médecin traitant avant d'utiliser Revit™ ? *14*
6. Précautions – Comment utiliser Revit™ en toute sécurité *15*
6.1 Éviter les complications après utilisation de Revit™ *15*
7. Réduire les risques de blessures *15*
8. Mode d'emploi de Revit™ *16*
8.1 Configuration de Revit™ *16*
8.2 Première séance de traitement avec Revit™ *16*
9. A quoi faut-il s'attendre lors du traitement avec Revit™ ? *17*
10. Soins après-traitement avec Revit™ *18*
11. Entretien de Revit™ *18*
11.1. Nettoyage de Revit™ *18*
11.2. Remplacement de l'embout *18*
11.3. Remplacement du filtre *19*
12. Dépannage *19*
13. Service à la clientèle *20*
14. Spécifications *20*
15. Étiquetage *121*

Avant d'utiliser votre appareil Revit™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel de l'utilisateur dans son intégralité. Portez une attention toute particulière aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et aux procédures à effectuer après son utilisation.
Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant l'utilisation et suivez-les rigoureusement lorsque vous utilisez Revit™.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes souffrant d'handicap physique, sensoriel ou mental, ou d'un manque d'expérience et de connaissance si elles ont reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de manière sure et la supervision nécessaires pour comprendre les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être réalisés par des enfants sans supervision.

1. Qu'est-ce que Revit™ ?

Revit™ est un appareil de traitement à action double, qui combine une exfoliation par embout de dermabrasion et une stimulation d'aspiration par le vide, conçu pour l'usage à domicile.

Exfoliation par embout de dermabrasion

- Exfoliation douce, non abrasive, qui permet l'obtention d'une peau plus lisse, plus nette

Stimulation par le vide

- Aide à stimuler la peau pour un aspect plus lisse et rajeuni
- Aide à améliorer le teint, la texture et l'élasticité de la peau
- Aide à réduire l'apparence des tâches de vieillesse
- Aide à réduire l'apparence des ridules au coin des yeux
- Peau d'aspect plus jeune

2. Description de l'appareil Revit™

L'appareil de dermabrasion Revit™ est doté de 3 EMBOUTS DE RECHANGE (A) connectés à une POIGNEE EN CAOUTCHOUC (B) avec FILTRE REMPLACABLE (C), et installés sur le CONE DU CAPOT AVANT (D), des EVENTS (E) situés sur le CAPOT AVANT (F) et un BOUTON MARCHE (G) qui sert aussi de régulateur de l'intensité d'aspiration situé sur le CAPOT ARRIERE (H). Le cordon de l'adaptateur CA se connecte au bas de l'appareil





3. Contenu du paquet

En ouvrant le paquet de votre appareil Revit™, vous trouverez les pièces suivantes :

- Appareil de dermabrasion Revit™
- Deux embouts de rechange supplémentaires
- Un paquet de filtres de rechange
- Un cordon d'adaptateur CA
- Ce manuel de l'utilisateur

Utilisation prévue de Revit™

L'appareil Revit™ est un dispositif en vente libre destiné à l'exfoliation des couches supérieures de la peau, pour un aspect rajeuni et renouvelé. Le Revit™ a également été conçu pour stimuler la peau et augmenter la production de collagène, afin de réduire l'apparition des rides et ridules.

4. Utilisation prévue de Revit™

Le Revit™ est un appareil en vente libre destiné à l'exfoliation des couches supérieures de la peau, pour un aspect rajeuni et renouvelé. Il est conçu pour traiter:

- Le vieillissement de la peau du visage et du cou
- Les rides d'expression
- Les ridules du contour de l'œil
- La décoloration de la peau
- Les tâches brunes et les cicatrices
- La peau terne et endommagée par le soleil



5. La sécurité avec Revit™

5.1 Dans quel cas consulter votre médecin traitant avant d'utiliser Revit™ ?

L'utilisation de Revit™ est contre-indiquée temporairement dans certaines conditions ou peut nécessiter de prendre conseil avec votre médecin. Veuillez vérifier si l'un des cas suivants s'applique à vous :

- Lésions non diagnostiquées
- Éruption d'herpès récente
- Verrues
- Coups de soleil
- Rosacée active
- Diabète sucrée instable
- Troubles du système immunitaire
- Cancer de la peau
- Lésions vasculaires
- Prise d'anti-coagulants par voie orale

6. Précautions – Comment utiliser Revit™ en toute sécurité

Il est conseillé de démarrer le traitement en utilisant l'embout le plus fin, en configurant l'appareil en mode d'aspiration partielle, et de faire un essai sur une petite zone de la peau. Si aucune réaction indésirable ne survient, vous pouvez démarrer le traitement sur des zones plus grandes, mais toujours en utilisant l'embout le plus fin et le mode d'aspiration partielle. Si votre peau régit bien au traitement, vous pouvez commencer à utiliser les autres embouts et le mode d'aspiration complète.

6.1 Éviter les complications après utilisation de Revit™!

- Essayez de ne pas exposer des zones de la peau récemment traitées à la lumière du soleil !
- Pour protéger une peau récemment traitée lorsque vous l'exposez au soleil, appliquez soigneusement de l'écran solaire d'indice SPF 30 ou plus élevé.
- Assurez-vous que la peau est sèche et propre avant d'utiliser Revit™.
- N'utilisez pas Revit™ sur les mamelons et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas Revit™ à d'autres fins que l'exfoliation cutanée.
- Tenez cet appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas Revit™ sur des enfants et ne les autorisez pas à l'utiliser.

7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions doivent être prises afin de garantir votre sécurité lorsque vous utilisez Revit™. Revit™ est un appareil électrique. En tant que tel, il doit être tenu éloigné de l'eau et ne jamais être utilisé mouillé ou humide.

Ne touchez pas Revit™ s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement !

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil Revit™ !

Essayer d'ouvrir Revit™ comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Démonter l'appareil uniquement lors du remplacement du filtre. (pour savoir comment remplacer le filtre, consulter la section 11.3)

- Revit™ ne doit jamais rester sans surveillance lorsqu'il est relié à une prise électrique.
- Ne faites pas fonctionner Revit™ si le cordon ou la prise sont abîmés et maintenez le cordon loin des sources de chaleur.
- N'utilisez pas Revit™ si vous voyez ou sentez de la fumée lorsque vous l'utilisez.
- N'utilisez pas Revit™ si un ou tous les évents situés dans la POIGNEE sont bouchés.
- N'utilisez pas Revit™ si une de ses parties est fendue, cassée ou se détache.
- Débranchez Revit™ avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas Revit™ avec des composants ou des accessoires non recommandés par Home Skinovations Ltd.
- Revit™ ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil Revit™ !

8. Comment utiliser Revit™

8.1 Configuration de Revit™

- Retirez l'appareil d'exfoliationRevit™ et tous les autres composants de la boîte.
- Choisissez l'embout nécessaire : Grossier - pour l'exfoliation des zones difficiles; Médium - pour un traitement plus doux, ou Fin pour une finition délicate. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de l'EMBOUT, consultez la section 11.2

Remarque : il est fortement recommandé de démarrer le traitement avec l'embout de grain fin !

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de l'appareil Revit™.
- Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale.

Votre appareil Revit™est maintenant prêt à être utilisé.

8.2 Première séance de traitement avec Revit™

Votre peau doit être propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de déodorants.

1. Appuyez sur le BOUTON MARCHE une fois. L'appareil est maintenant en Mode d'aspiration partielle et est prêt à l'emploi.
2. Tenez l'appareil fermement en le tenant par la POIGNEE, en vous assurant que votre main ne bloque pas les EVENTS.
3. Si vous souhaitez augmenter l'intensité de l'aspiration, appuyez une fois sur le BOUTON MARCHE afin de passer du mode d'aspiration partielle en mode d'aspiration complète.
4. Appliquez l'EMBOUT sur la peau, en vous assurant que la peau est traitée de manière uniforme et que l'EMBOUT est complètement en contact avec la peau.

Couverture des zones de traitement

- **Zone du cou**

  Nous vous recommandons de démarrer avec le niveau d intensité d'aspiration le plus bas, et de l'augmenter après plusieurs utilisations, selon votre sensation de confort et la sensibilité de la peau. Par petits mouvements vers le bas, traitez la zone du coup en douceur.



- **Front, joues et menton**

  Nous vous recommandons de démarrer avec le niveau d intensité d'aspiration le plus bas, et de l'augmenter après plusieurs utilisations, selon votre sensation de confort et la sensibilité de la peau. Appliquez une pression ferme dans un mouvement allant du centre vers les tempes. Continuez vers le bas vers le contour du visage.

- **Yeux et nez**

  Nous vous recommandons de démarrer avec le niveau d intensité d'aspiration le plus bas, et de l'augmenter après plusieurs utilisations, selon votre sensation de confort et la sensibilité de la peau. Au niveau des sourcils, procédez par petites applications brèves dans un mouvement vers le haut en évitant la zone sensible des paupières. Puis continuez vers le nez, dans un mouvement rectiligne vers le bas en suivant la courbe du nez et la ligne des pommettes.

9. A quoi faut-il s'attendre lors du traitement avec Revit™ ?

Durant un traitement avec Revit™, il est normal de voir ou d'entendre certains signes ou de ressentir certaines sensations :

- **Un bruit d'aspiration peu intense -** la pompe d''aspiration émet un faible sifflement. Ceci est normal.
- **La peau légèrement rougie ou rosie –** Pendant ou juste après votre séance avec Revit™, il n'est pas rare de voir que la peau est très légèrement rougie. Toutefois si vous voyez des rougeurs sévères de la peau, laissez la se reposer durant 48h afin de la laisser récupérer. Si la peau continue à montrer des signes d'hypersensibilité après 48 heures, arrêtez immédiatement d'utiliser Revit™.

10. Soins après-traitement avec Revit™

- A la fin d'une séance de traitement avec Revit™, éteignez l'appareil Revit™ en appuyant une seule fois sur le BOUTON MARCHE si vous êtes en mode d'aspiration complète, ou deux fois si vous êtes en mode d'aspiration partielle
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Il est recommandé de vérifier le FILTRE REMPLACABLE après quelques traitements pour vérifier que le filtre n'est pas obstrué par des résidus de peau. Il est également important de nettoyer l'EMBOUT régulièrement.
- Après son nettoyage, il est conseillé d'entreposer votre appareil Revit™ dans sa boîte d'origine, et de le tenir éloigné de sources d'eau

11. Entretien de Revit™

11.1 Nettoyage de Revit™

- Il est recommandé de nettoyer votre appareil Revit™, en particulier l'EMBOUT.
- Débranchez Revit™ avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer la coque externe de Revit™.
- Afin de procéder au nettoyage de l'embout, retirez-le de l'appareil en tenant celui-ci par la POIGNEE, et en le retirant précautionneusement du CONE DU CAPOT AVANT. L'EMBOUT est maintenant prêt à être nettoyé.
- L'EMBOUT peut être nettoyé à l'eau chaude avec du savon doux et une brosse à poils souples. Séchez-le complètement.
- Puis mettez l'EMBOUT à sa place en poussant la POIGNEE tout doucement vers le CONE DU CAPOT AVANT, jusqu'à ce qu'ils soient complètement alignés.

11.2. Remplacement de l'embout

Si vous souhaitez traiter votre peau avec un embout plus fin ou plus grossier que celui que vous utilisez actuellement, vous pouvez le remplacer en suivant ces instructions simples :

- Retirez l'embout actuellement en place sur l'appareil en tenant celui-ci par la POIGNEE et en le retirant précautionneusement du CONE DU CAPOT AVANT.
- Mettez l'EMBOUT que vous avez choisi à sa place en poussant la POIGNEE tout doucement vers le CONE DU CAPOT AVANT jusqu'à ce qu'ils soient complètement alignés.

Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil avec l'embout de votre choix.

11.3 Remplacement du filtre

- Pour remplacer le filtre, tenez la POIGNEE et détachez-la précautionneusement du CONE DU CAPOT AVANT. Retirez le filtre doucement de sa place à l'intérieur du CONE DU CAPOT AVANT, et jetez-le. Prenez un nouveau filtre du paquet et placez-le à l'intérieur du CONE.
- Puis mettez l'EMBOUT à sa place en poussant la POIGNEE tout doucement vers le CONE DU CAPOT AVANT, jusqu'à ce qu'ils soient complètement alignés.
- Ne trempez jamais votre appareil Revit™ ou l'un de ses composants dans l'eau !
- Cet appareil doit être mis au rebut de façon appropriée en fin de vie. De cette manière, les matériaux de valeur de l'appareil sont recyclés et les incidences environnementales sont évitées.
- Placez vos équipements usagés dans le point de collecte des déchets électroniques le plus proche pour une mise au rebut sure et efficace.

12. Dépannage

« Mon appareil Revit™ ne démarre pas. »

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à votre appareil Revit™.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.

« L'intensité de l'aspiration est faible. »

- Assurez-vous d'avoir un bon contact avec la peau et que la surface de traitement soit appuyée fermement, de manière uniforme, sur la peau.
- Vérifiez que vous êtes en mode d'ASPIRATION COMPLETE. Pour en être sûr, appuyez sur le BOUTON MARCHE une fois rapidement. Si l'intensité de l'aspiration augmente, vous étiez en mode d'ASPIRATION PARTIELLE.
- Assurez-vous que vos doigts ne bouchent pas les EVENTS. Le système a besoin d'air pour fonctionner, sinon l'aspiration devient lente et inefficace.
- Vérifiez que le FILTRE REMPLACABLE est bien positionné à l'intérieur du CONE DU CAPOT AVANT.
- Vérifiez que le FILTRE REMPLACABLE n'est pas bouché par des petites particules de peau. Si tel est le cas, remplacez le filtre par un nouveau en suivant les explications de la section 11.3

13. Service à la clientèle

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.
Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.
Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

14. Spécifications

Taille de la tête de l'embout		Diamètre de 14 mm
Technologie		Tête d'aspiration
Alimentation		12 V CC 0,2 A
Fonctionnement et consignes de sécurité		se reporter aux instructions du manuel
Norme classifiée		IEC 60601-2-57:2011
Groupe de risque		Exempt
Taille du paquet		Hauteur 9 pouces, Largeur 9 pouces, profondeur 5,2 pouces180x180x100 mm
Poids de l'appareil		110 g
Température	Fonctionnement	de 10°C à 35°C
	Stockage	-40 à 70 °C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75 % rH
	Stockage	de 10 à 90% rH
Adaptateur		Modèle : KSA24A1200150HU
Tension nominale		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Afdrukdatum: Februari 2014

Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor om zijn producten of de specificaties te wijzigen teneinde de prestaties, betrouwbaarheid of produceerbaarheid ervan te verbeteren. De door Home Skinovations Ltd. verschafte informatie wordt geacht accuraat en betrouwbaar te zijn ten tijde van de publicatie. Home Skinovations Ltd. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie geïmpliceerd of anderszins verstrekt door enig patent of door patentrechten van Home Skinovations Ltd.
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. beschikt over patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten aangaande intellectueel eigendom met betrekking tot de onderwerpen die in dit document aan de orde komen. Dit document verleent u geen licenties op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom, behalve wanneer dit expliciet wordt gesteld in een geschreven overeenkomst van Home Skinovations Ltd.
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Inhoudsopgave

1. Wat is Revit™? *22*
2. Revit™-apparaatbeschrijving *23*
3. Inhoud van de Revit™-verpakking *23*
4. Beoogd gebruik van Revit™ *24*
5. Veilig gebruik van Revit™ *24*
5.1 In welke gevallen dient u uw arts te raadplegen alvorens Revit™ te gebruiken? *24*
6. Voorzorgsmaatregelen - Veilig gebruik van Revit™ *25*
6.1 Voorkom complicaties na het gebruik van Revit™! *25*
7. Het risico op letsel verkleinen *25*
8. Het risico op letsel verkleinen *26*
8.1 Het instellen van Revit™ *26*
8.2 De eerste behandeling met Revit™ *26*
9. Wat kan ik verwachten tijdens een Revit™-behandeling? *27*
10. Na een Revit™-behandeling *28*
11. Het onderhoud van Revit™ *28*
11.1. Het reinigen van Revit™ *28*
11.2. Het vervangen van de top *28*
11.3. Het vervangen van de filter *29*
12. Probleemoplossing *29*
13. Klantenservice *30*
14. Specificaties *30*
15. Etikettering *121*

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel door voordat u Revit™ voor de eerste keer gebruikt. Schenk speciale aandacht aan de procedures ten aanzien van het gebruik en de besturing van het apparaat en de procedures voor na het gebruik.
Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies door voordat u Revit™ in gebruik neemt, en neem ze tijdens het gebruik zorgvuldig in acht.
Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruiken van het apparaat en zij de gevaren inzien.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

De schoonmaak en het onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.

1. Wat is Revit™?

Revit™ is een duale therapie-apparaat dat dermabrasietop-exfoliatie combineert met vacuümstimulatie, ontworpen voor thuisgebruik.

Dermabrasietop-exfoliatie

- Milde, niet-schurende exfoliatie die resulteert in een gladdere en frissere huid

Vacuümstimulatie

- Zorgt voor bevordering van een zachtere en jonger ogende huid
- Zorgt voor verbetering van de teint, textuur en elasticiteit van de huid
- Zorgt ervoor dat er minder ouderdomsvlekken ontstaan
- Zorgt ervoor dat er minder lijntjes rond de ogen ontstaan
- Gladder ogende huid

2. Apparaatbeschrijving Revit™

Het Revit™ dermabrasie-apparaat beschikt over 3 VIJLTOPPEN (A) die aangesloten zijn op een RUBBEREN GREEP (B) met een VERVANGBARE FILTER (C), geïnstalleerd op de VOORKAPCONUS (D), VENTILATIEOPENINGEN (E) gelegen in de VOORKAP (F) en een AAN-/ UITKNOP (G) die tevens fungeert als zuigkracht-regelaar , geplaatst op de ACHTERKAP (H). De kabel van de AC-adapter wordt aangesloten op de onderkant van het apparaat.





3. Inhoud van de verpakking

Bij het openen van de Revit™-verpakking treft u de volgende onderdelen aan:

- Revit™-dermabrasie-apparaat
- Twee extra vijltoppen voor veelzijdig gebruik
- Een pak navulfilters
- AC-adapter
- Deze gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik van Revit™

Revit™ is een apparaat voor particulier gebruik dat bestemd is voor de exfoliatie van de bovenste huidlagen ten behoeve van een frisser ogende huid. Revit™ is tevens ontworpen om de huid te stimuleren en de productie van collageen te bevorderen, teneinde het ontstaan van fijne lijntjes en rimpels te beperken.

4. Beoogd gebruik van Revit™

Revit™ is een apparaat voor particulier gebruik dat bestemd is voor de exfoliatie van de bovenste huidlagen ten behoeve van een frisser ogende huid. Het is bestemd voor de behandeling van:

- Huidveroudering op het lichaam, het gelaat en de nek
- Fijne gelaatslijnen
- Lijnen rond de ogen
- Huidverkleuring
- Pigmentvlekken en littekens
- Doffe en door zonlicht beschadigde huid



5. Veilig gebruik van Revit™

5.1 In welke gevallen dient u uw arts te raadplegen alvorens Revit™ te gebruiken?

In bepaalde gevallen kan het gebruik van Revit™ beter tijdelijk vermeden worden, of dient er een arts geraadpleegd te worden. Ga na of een van de onderstaande aandoeningen momenteel op u van toepassing is:

- Niet-gediagnosticeerde laesies
- Recente uitbraak van herpes
- Wratten
- Zonnebrand
- Actieve rosacea
- Onstabiele diabetes mellitus
- Storingen in het auto-immuunsysteem
- Huidkanker
- Vasculaire laesies
- Gebruik van orale bloedverdunners (anticoagulantia)

6. Voorzorgsmaatregelen -Veilig gebruik van Revit™

Het wordt aangeraden om de behandeling te starten met de fijnste top, ingesteld op de halve zuigkracht-stand, op een klein huidoppervlak. Indien u geen ongewenste effecten waarneemt, kunt u de behandeling op grotere oppervlakken toepassen, maar nog wel met de fijnste top ingesteld op de halve zuigkracht-stand. Indien uw huid geen ongewenste reacties vertoont, kunt u overgaan op behandelingen met andere toppen op de volle zuigkracht-stand.

6.1 Voorkom complicaties na het gebruik van Revit™!

- Zorg ervoor dat u recentelijk behandelde huidoppervlakken niet blootstelt aan direct zonlicht!
- Om de recentelijk behandelde huid te beschermen bij blootstelling aan zonlicht, dient u zich grondig in te smeren met een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van 30 of hoger.
- Controleer of de huid schoon en droog is alvorens Revit™ te gebruiken.
- Gebruik Revit™ niet op tepels of genitaliën (man of vrouw).
- Gebruik Revit™ niet voor andere doeleinden dan huidexfoliatie.
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Gebruik Revit™ niet op kinderen en sta niet toe dat zij het apparaat gebruiken.

7. Het risico op letsel beperken.

Net als bij enig ander elektrisch apparaat, dient u bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen om uw veiligheid bij het gebruik van Revit™ te waarborgen. Revit™ is een elektrisch apparaat. Daarom dient het te allen tijde uit de buurt van water te worden gehouden en mag het nooit worden gebruikt wanneer het nat of vochtig is.

Pak Revit™ niet op wanneer deze in het water gevallen is. Koppel het onmiddellijk los van de elektrische voeding!

Probeer uw Revit™-apparaat niet te openen of te repareren!

Door Revit™ te openen kunt u het apparaat namelijk beschadigen en zal uw garantie komen te vervallen. Demonteer het apparaat uitsluitend wanneer u de filter moet vervangen! (voor instructies voor het vervangen van de filter, zie hoofdstuk 11.3)

- Laat Revit™ nooit onbewaakt achter wanneer het is aangesloten op een stopcontact.
- Schakel Revit™ niet in wanneer de kabel of stekker beschadigd is en houd de kabel uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik Revit™ niet wanneer u tijdens het gebruik rook ziet of ruikt.
- Gebruik Revit™ niet wanneer één of meerdere ventilatieopeningen in de GREEP bedekt zijn.
- Gebruik Revit™ niet wanneer één of meerdere onderdelen ervan gebarsten, gebroken of losgekomen zijn.
- Koppel Revit™ los alvorens het te reinigen.
- Gebruik Revit™ niet in combinatie met enig hulpstuk of toebehoren dat niet is aanbevolen door Home Skinovations Ltd.
- Revit™ mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende adapter.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het Revit™-apparaat!

8. Het gebruik van Revit™

8.1 Het instellen van Revit™

- Haal het Revit™- exfoliatie-apparaaten de andere onderdelen uit de doos.
- Selecteer de gewenste vijltop: Grof - voor een krachtige exfoliatie, Gemiddeld - voor een mildere behandeling, of Fijn - voor een delicate afwerking. Voor nadere instructies voor het vervangen van de TOP, zie hoofdstuk 11.2.

Noot: het wordt ten zeerste aanbevolen om bij de eerste behandelingen de fijnkorrelige top te gebruiken!

- Sluit de stroomkabel aan op de poort van het Revit™-apparaat.
- Sluit het andere uiteinde van de stroomkabel aan op een stopcontact.

Uw Revit™ is nu klaar voor gebruik.

8.2 De eerste behandeling met Revit™

De huid dient schoon, droog en vrij van enig poeder, deodorant of antiperspirant te zijn.

1. Druk de AAN-/UITKNOP één keer kort in. Het apparaat staat nu op de halve zuigkracht-stand en is klaar voor gebruik.
2. Houd het apparaat stevig vast ter hoogte van het GREEP-gedeelte en zorg ervoor dat uw hand de VENTILATIEOPENINGEN niet bedekt.
3. Indien u de zuigkracht-stand wenst te verhogen, drukt u één keer op de AAN-/UITKNOP om de stand te verhogen van halve zuigkracht naar volle zuigkracht.
4. Zet de VIJLTOP op de huid en zorg er daarbij voor dat de huid gelijkmatig en soepel verdeeld is en dat de TOP volledig in contact is met de huid.

Behandeling van alle huidgedeeltes



- **Nekzone**

  Wij raden u aan om te beginnen op de lagere zuigkracht-stand en de stand na een paar behandelingen te verhogen, al naargelang van de mate van comfort die u ervaart en de gevoeligheid van uw huid. Maak vloeiende, neerwaartse strijkbewegingen bij het afwerken van het nekzone.

- **Voorhoofd, wangen en kin**

  Wij raden u aan om te beginnen op de lagere zuigkracht-stand en de stand na een paar behandelingen te verhogen, al naargelang van de mate van comfort die u ervaart en de gevoeligheid van uw huid. Maak stevige strijkbewegingen van binnen naar buiten, in de richting van de haarlijn. Beweeg vervolgens naar beneden in de richting van de rand van het gelaat.

- **Oog- en neuszone**

  Wij raden u aan om te beginnen op de lagere zuigkracht-stand en de stand na een paar behandelingen te verhogen, al naargelang van de mate van comfort die u ervaart en de gevoeligheid van uw huid. Maak in zone van de wenkbrauwen korte en opwaartse strijkbewegingen, waarbij u de gevoelige oogleden zorgvuldig dient te vermijden. Ga verder met de zone van de neus, waarbij u strijkbewegingen recht naar beneden maakt, waarbij u de ronding van de neus en de lijn van het jukbeen volgt.

9. Wat kan ik verwachten tijdens een Revit™-behandeling?

Gedurende een Revit™-behandeling is het normaal om het volgende te ervaren en voelen:

- **Een zacht geluid bij het zuigen -** de zuigpomp produceert een laag, brommend geluid. Dat is normaal.
- **Een lichtrode of roze kleur -** Tijdens en kort na de Revit™-sessie is het niet ongebruikelijk dat uw huid een zeer lichte, rozige kleur heeft aangenomen. Als uw huid echter knalrood is, dient u deze 48 uur rust te geven zodat ze volledig kan herstellen. Indien de huid ook na 48 uur nog tekenen van overgevoeligheid vertoont, dient u het gebruik van Revit™ onmiddellijk te staken.

10. Na een behandeling met Revit™

- Wanneer een Revit™-sessie is afgerond, dient Revit™ uitgeschakeld te worden door de AAN-/UITKNOP één keer kort in te drukken indien het apparaat op de volle zuigkracht-stand ingesteld staat, en twee keer kort indien er behandeld werd op de halve zuigkracht-stand.
- Koppel de stroomkabel los van het stopcontact.
- Het wordt aangeraden de VERVANGBARE FILTER om de paar behandelingen te inspecteren op verstopping door huidschilfers. Tevens is het van belang dat u de VIJLTOP periodiek reinigt.
- Na reiniging kunt u uw Revit™-apparaat het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.

11. Het onderhoud van Revit™

11.1 Het reinigen van Revit™

- Het wordt aangeraden uw Revit™-apparaat, en met name de VIJLTOP, te reinigen.
- Koppel Revit™ los alvorens deze te reinigen.
- Gebruik een droge, schone doek om de buitenwand van Revit™ voorzichtig schoon te vegen.
- Om de TOP van binnen schoon te kunnen maken, dient u deze te scheiden van het apparaat door de GREEP vast te pakken en deze voorzichtig van de VOORKAPCONUS los te koppelen. De TOP is nu gereed voor reiniging.
- De VIJLTOP kan worden gereinigd met warm water en milde zeep, met behulp van een zachte borstel. Grondig drogen.
- Herbevestig de TOP door de GREEP voorzichtig op de VOORKAPCONUS te drukken totdat beide onderdelen naadloos op elkaar aangesloten zijn.

11.2 Het vervangen van de top

Indien u uw huid met een fijnere of grovere top wenst te behandelen dan de huidige, dan kunt u deze vervangen door de volgende eenvoudige instructies op te volgen:

- Scheid de huidige top van het apparaat door de GREEP vast te pakken en voorzichtig los te koppelen van de VOORKAPCONUS.
- Bevestig de door u gekozen TOP door de bijbehorende GREEP voorzichtig terug te drukken op de VOORKAPCONUS totdat beide onderdelen naadloos op elkaar zijn aangesloten.

Nu kunt u het apparaat met de top van uw keuze gebruiken.

11.3 Het vervangen van de filter

- Om de filter te vervangen, dient u de GREEP vast te pakken en voorzichtig los te koppelen van de VOORKAPCONUS. Verwijder de filter voorzichtig uit zijn plaats in de VOORKAPCONUS en deponeer deze in de afvalbak. Neem een nieuwe filter uit de verpakking en plaats deze voorzichtig in de CONUS.
- Plaats de TOP terug door de GREEP voorzichtig op de VOORKAPCONUS te drukken totdat beide onderdelen naadloos op elkaar aangesloten zijn.
- Dompel het Revit™-apparaat of de bijbehorende onderdelen nooit onder in water!
- Dit apparaat dient aan het einde van zijn levensduur op de voorgeschreven wijze als afval te worden aangeboden. Op deze manier worden de waardevolle materialen van het apparaat gerecycled en wordt schade aan het milieu voorkomen.
- Breng uw oude apparatuur naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het op een veilige en efficiënte manier wordt verwerkt.

12. Probleemoplossing

“Mijn Revit™ gaat niet aan”

- Controleer of de stroomkabel op de juiste manier aangesloten is op het Revit™-apparaat.
- Controleer of de stroomkabel op de juiste manier aangesloten is op het wandstopcontact.

“De zuigkracht is te laag”

- Controleer of u goed contact maakt met de huid en of het behandeloppervlak gelijkmatig en stevig op de huid gedrukt is.
- Controleer of de VOLLE ZUIGKRACHT-stand ingesteld staat. Om dit te controleren, drukt u de AAN-/UITKNOP één keer kort in. Als de zuigkracht toeneemt, dan was u aan het behandelen op de HALVE ZUIGKRACHT-stand.
- Controleer of uw vingers de LUCHTVENTILATIEOPENINGEN niet afdekken. Als er geen lucht in het systeem kan komen, wordt het zuigmechanisme traag en inefficiënt.
- Controleer of de VERVANGBARE FILTER op de juiste manier in de VOORKAPCONUS geplaatst is.
- Controleer of de VERVANGBARE FILTER niet verstopt zit met losgekomen huidschilfers. Indien dat wel het geval is, dient u de huidige filter te vervangen door een nieuwe als beschreven in hoofdstuk 11.3

13. Klantenservice

Voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com.
Als uw apparaat kapot of beschadigd is of gerepareerd moet worden, of voor welke gebruikersondersteuning dan ook, kunt u contact opnemen met uw lokale Silk'n™-klantenservice:
Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

14. Specificaties

Grootte van de mondstuktop		Diameter 14 mm
Technologie		Luchtvacuüm-vijlkop
Vermogen		12V DC 0.2A
Bediening en veiligheid		zie handleiding
Geclassificeerd volgens norm		IEC 60601-2-57:2011
Risicogroep		Vrijgesteld
Afmetingen van de verpakking		Hoogte 22,9 cm, Breedte 22,9 cm, Diepte 13,2 cm180x180x100mm
Systeemgewicht		110 g
Temperatuur	Werking	10°C tot 35°C
	Opslag	-40 tot +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Werking	30 tot 70% R.V.
	Opslag	10 tot 90% R.V.
Adapter		Model: KSA24A1200150HU
Nominale waarden		100-240V; 50-60Hz; 0.5A

Derechos de autor 2013 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Febrero de 2014

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos o especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o facilidad de producción. La información facilitada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no se responsabiliza de su uso. No se otorga licencia alguna derivada de ella ni bajo patente o derecho de patente alguno de Home Skinovations Ltd.
No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.
Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.
Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes o patentes en tramitación sobre aplicaciones, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan el contenido de este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos sobre la propiedad intelectual, excepto por lo que se establezca expresamente en un contrato por escrito con Home Skinovations Ltd.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Índice

1. ¿Qué es el Revit™? *32*
2. Descripción del dispositivo Revit™ *33*
3. Contenido del paquete del Revit™ *33*
4. Uso indicado del Revit™ *34*
5. Seguridad con el Revit™ *34*
5.1 ¿Cuándo debe acudir a su médico antes de usar el Revit™? *34*
6. Precauciones: cómo usar el Revit™ sin riesgos *35*
6.1 Cómo evitar complicaciones tras el uso del Revit™ *35*
7. Cómo reducir el riesgo de lesiones *35*
8. Cómo usar el Revit™ *36*
8.1 Configuración del Revit™ *36*
8.2 Primer tratamiento con el Revit™ *36*
9. Expectativas ante el tratamiento con el Revit™ *37*
10. Después del tratamiento con el Revit™ *38*
11. Mantenimiento del Revit™ *38*
11.1 Limpieza del Revit™ *38*
11.2 Sustitución de la punta *38*
11.3 Sustitución del filtro *39*
12. Solución de problemas *39*
13. Atención al Cliente *40*
14. Especificaciones *40*
15. Etiquetado *121*

Antes de utilizar el Revit™ por primera vez, por favor, lea todo este manual de usuario. Preste especial atención a los procedimientos de uso y funcionamiento del dispositivo y a los procedimientos posteriores a su uso. Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de utilizar el producto, y sígalas estrictamente cuando utilice el Revit™.
Este aparato pueden utilizarlo niños de a partir de 8 años de edad y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o se les facilitan instrucciones relativas al uso del aparato de un modo seguro y comprendiendo los riesgos que entraña.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden realizarlo los niños sin la adecuada supervisión.

1. ¿Qué es el Revit™?

El Revit™ es un dispositivo terapéutico de doble acción, que combina la exfoliación mediante su punta de dermoabrasión y la estimulación por succión, y está diseñado para uso doméstico.

Exfoliación mediante la punta de dermoabrasión

- Una exfoliación suave, no abrasiva que permite conseguir una piel más tersa y fresca.

Estimulación por succión

- Ayuda a estimular la piel para conseguir un aspecto más terso y joven
- Ayuda a mejorar el tono, la textura y la elasticidad de la piel
- Ayuda a reducir la aparición de manchas por la edad
- Ayuda a reducir la aparición de líneas alrededor de los ojos
- Piel de aspecto más terso.

2. Descripción del dispositivo Revit™

El dispositivo de dermoabrasión Revit™ cuenta con 3 PUNTAS DE LIJADO (A) conectadas a la EMPUÑADURA CON REVESTIMIENTO DE CAUCHO (B) con un FILTRO SUSTITUIBLE (C), instalado sobre el CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL (D), ORIFICIOS DE VENTILACIÓN (E) ubicados en la CUBIERTA FRONTAL (F) y un BOTÓN DE ENCENDIDO (G) que también es el regulador de la intensidad de succión y que se encuentra en la CUBIERTA POSTERIOR (H). El cable del adaptador de CA se conecta en la parte inferior del dispositivo.





3. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Revit™, encontrará los elementos siguientes:

- Dispositivo de dermoabrasión Revit™
- Dos puntas de lijado adicionales para diversos usos
- Un paquete de filtros de recambio
- Cable del adaptador de CA
- Este Manual de usuario

Uso indicado del Revit™

El dispositivo Revit™ es un artículo de venta libre pensado para la exfoliación de las capas superiores de la piel, que permite conseguir una piel de aspecto más fresco. El Revit™ también está diseñado para estimular la piel y potenciar la producción de colágeno, a fin de reducir la aparición de pequeñas líneas y arrugas.

4. Uso indicado del Revit

El Revit™ es un artículo de venta libre pensado para la exfoliación de las capas superiores de la piel, que permite conseguir una piel de aspecto más fresco. Está pensado para el tratamiento de:

- Envejecimiento de la piel del cuerpo, la cara y el cuello
- Finas líneas faciales
- Líneas alrededor de los ojos
- Decoloración de la piel
- Manchas oscuras y cicatrices
- Pieles sin brillo y dañadas por el sol.



5. Seguridad con el Revit™

5.1 ¿Cuándo debe acudir a su médico antes de usar el Revit™?

Ciertas afecciones pueden impedir temporalmente el uso del Revit™, o pueden hacer necesario consultar al médico. Por favor, compruebe si padece algunas de las afecciones siguientes:

- Lesiones no diagnosticadas
- Brote reciente de herpes
- Verrugas
- Quemaduras solares
- Rosácea activa
- Diabetes mellitus inestable
- Trastornos del sistema autoinmune
- Cáncer de piel
- Lesiones vasculares
- Uso de diluyentes de la sangre orales (anticoagulantes).

6. Precauciones: cómo usar el Revit™ sin riesgos

Se recomienda iniciar el tratamiento empleando la punta más fina configurada en el modo de succión parcial y en un área reducida de la piel. Si no observa ninguna reacción adversa, puede comenzar el tratamiento en áreas completas pero continuando con la punta fina configurada en el modo de succión parcial. Si la piel no muestra ninguna reacción adversa, puede comenzar el tratamiento con el resto de puntas en el modo de succión completa.

6.1 Cómo evitar complicaciones tras el uso del Revit™

- Intente no exponer las zonas de la piel tratadas recientemente a la luz solar directa.
- Para proteger la piel tratada recientemente al exponerla a la luz solar, asegúrese de aplicar correctamente un filtro solar de SPF 30 o más.
- Asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de utilizar el Revit™.
- No utilice el Revit™ en los pezones ni en los genitales (tanto en hombres como en mujeres).
- No utilice Revit™ con ningún fin que no sea la exfoliación de la piel.
- Guarde este dispositivo fuera del alcance de los niños. No utilice el Revit™ en niños ni deje que lo usen los niños.

7. Cómo reducir el riesgo de lesiones

Como ocurre con cualquier dispositivo eléctrico, se deben tener en cuenta ciertas precauciones para garantizar su seguridad al utilizar el Revit™. Revit™ es un dispositivo eléctrico. Como tal, se debe mantener siempre alejado del agua y no se debe utilizar nunca si está húmedo o mojado.

No recoja el Revit™ si se ha caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.

No intente abrir o reparar su dispositivo Revit™

Si intenta abrir el Revit™ puede estropear el dispositivo, y la garantía quedará anulada. Solo debe desmontar el dispositivo cuando vaya a sustituir el filtro (para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el filtro, consulte la sección 11.3).

- No deje nunca el Revit™ sin supervisión mientras esté enchufado a la corriente.
- No haga funcionar el Revit™ si el cable o el enchufe están dañados; mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
- No utilice el Revit™ si ve o huele humo mientras está en uso.
- No utilice el Revit™ si alguno de los orificios de ventilación de la EMPUÑADURA, o todos ellos, están tapados.
- No utilice el Revit™ si alguna de sus piezas está rajada, rota o suelta.
- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe el Revit™.
- No utilice el Revit™ con ningún complemento o accesorio no recomendado por Home Skinovations Ltd.
- El Revit™ se debe utilizar únicamente con el adaptador diseñado para el mismo.
- No introduzca objetos extraños en el dispositivo Revit™.

8. Cómo usar el Revit™

8.1 Configuración del Revit™

- Saque de la caja el dispositivo de exfoliación Revit™ y el resto de componentes.
- Elija la punta de lijado que precise: gruesa para exfoliaciones difíciles, media para un tratamiento más suave o fina para un acabado delicado. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la PUNTA, consulte la sección 11.2.

Nota: se recomienda totalmente iniciar el tratamiento con la punta de grano fino.

- Enchufe el cable eléctrico en la toma de la base del Revit™.
- Enchufe el otro extremo del cable eléctrico en una toma de corriente.

El Revit™ ya está listo para comenzar.

8.2 Primer tratamiento con el Revit™

La piel debe estar limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes.

1. Pulse brevemente el BOTÓN DE ENCENDIDO. El dispositivo está ahora en el modo de succión parcial y listo para su uso.
2. Sostenga el dispositivo con firmeza por la zona de la EMPUÑADURA, asegurándose de que la mano no tape los ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.
3. Si desea aumentar el nivel de intensidad de succión, pulse una vez el BOTÓN DE ENCENDIDO para subir el nivel, del modo de succión parcial al modo de succión completa.
4. Aplique la PUNTA DE LIJADO a la piel, asegurándose de extenderse por la piel de un modo uniforme y suave, y de que la PUNTA entre en contacto con la piel completamente.

Cubrir áreas del cuerpo

- **Zona del cuello**

  Le recomendamos que empiece con la intensidad de succión más baja y la vaya aumentando al cabo de unas cuantas aplicaciones, según su nivel de tolerancia y la sensibilidad de la piel. Con pasadas suaves, en sentido descendente, trabaje la zona del cuello.



- **Frente, mejillas y barbilla:**

  Le recomendamos que empiece con la intensidad de succión más baja y la vaya aumentando al cabo de unas cuantas aplicaciones, según su nivel de tolerancia y la sensibilidad de la piel. Haga pasadas firmes desde el centro hacia el exterior, en dirección a la línea de nacimiento del pelo. Continúe hacia abajo, en dirección al borde la cara.

- **Zonas de los ojos y la nariz:**

  Le recomendamos que empiece con la intensidad de succión más baja y la vaya aumentando al cabo de unas cuantas aplicaciones, según su nivel de tolerancia y la sensibilidad de la piel. En la zona de las cejas, dé pasadas cortas y en sentido ascendente, con cuidado, evitando los párpados, que son muy sensibles. Continúe hacia la zona de la nariz dando pasadas rectas en sentido descendente, siguiendo la curva de la nariz y la línea del pómulo.

9. Expectativas ante el tratamiento con el Revit™

Durante el tratamiento con el Revit™, es normal notar o sentir:

- **Un leve ruido de succión -** la bomba de succión emite un leve zumbido. Es normal.
- **Un tenue color rojo o rosado -** durante la sesión con Revit™ y justo después de ella, no es infrecuente que la piel se enrojezca muy levemente, tomando un tenue color rosado. No obstante, si observa un total enrojecimiento de la piel, deje descansar la piel durante 48 horas para que se recupere sin causar molestias. Si la piel continúa mostrando signos de hipersensibilidad al cabo de 48 horas, deje de utilizar el Revit™ de inmediato.

10. Después del tratamiento con el Revit™

- Una vez finalizada la sesión con el Revit™, apáguelo pulsando brevemente el BOTÓN DE ENCENDIDO si se encuentra en el modo de succión completa, o pulsándolo brevemente dos veces si está realizando un tratamiento en el modo de succión parcial.
- Desenchufe el cable eléctrico de la toma de corriente.
- Le recomendamos que revise el FILTRO SUSTITUIBLE cada cierto número de tratamientos por si está obstruido por la piel. También es importante que limpie la PUNTA DE LIJADO periódicamente.
- Después de la limpieza, le recomendamos que guarde el dispositivo Revit™ en su caja original y lo mantenga apartado del agua.

11. Mantenimiento del Revit™

11.1 Limpieza del Revit™

- Le recomendamos que limpie el dispositivo Revit™, y especialmente la PUNTA DE LIJADO.
- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe el Revit™.
- Utilice un paño seco y limpio para limpiar con suavidad la carcasa exterior del Revit™.
- Para limpiar el interior de la PUNTA, sepárela del dispositivo sujetando la EMPUÑADURA y separándola con cuidado del CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL. La PUNTA ya está lista para su limpieza.
- La PUNTA DE LIJADO se puede limpiar con agua tibia y un detergente suave, empleando un cepillo suave. Secar bien.
- Vuelva a montar la PUNTA presionando la EMPUÑADURA con suavidad para colocarla de nuevo en el CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL, hasta que ambos elementos queden alineados sin dejar huecos.

11.2 Sustitución de la punta

Si desea tratar la piel con una punta más fina o más gruesa que la que esté utilizando en ese momento, puede sustituirla siguiendo estos sencillos pasos:

- Separe la punta actual del dispositivo sujetando su EMPUÑADURA y separándola con cuidado del CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL.
- Monte la PUNTA que desee presionando la EMPUÑADURA con suavidad para colocarla de nuevo en el CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL, hasta que ambos elementos queden alineados sin dejar huecos.

Ahora ya puede utilizar el dispositivo con la punta que ha elegido.

11.3 Sustitución del filtro

- Para sustituir el filtro, sujete la EMPUÑADURA con cuidado separándola del CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL. Con suavidad, retire el filtro de su lugar en el interior del CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL y deséchelo. Tome uno nuevo del paquete y colóquelo con cuidado dentro del CONO.
- Vuelva a montar la PUNTA presionando la EMPUÑADURA con suavidad para colocarla de nuevo en el CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL, hasta que ambos elementos queden alineados sin dejar huecos.
- No sumerja nunca en agua el Revit™ ni ninguna de sus partes.
- Este dispositivo debe desecharse correctamente cuando alcance el fin de su vida útil. De este modo, se reciclarán los materiales del dispositivo que tengan algún valor y se evitará el impacto medioambiental.
- Deposite su viejo equipo en el punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sea desechado de un modo seguro y eficiente.

12. Solución de problemas

“Mi Revit™ no se enciende”.

- Verificar que el cable del adaptador esté correctamente conectado al dispositivo Revit™.
- Verificar que el cable eléctrico esté enchufado en una toma de corriente de la pared.

“La succión es débil”

- Asegúrese de que haya un buen contacto con la piel y que la superficie de tratamiento presione la piel uniformemente y con firmeza.
- Compruebe que esté en el modo de SUCCIÓN COMPLETA. Para comprobarlo, pulse brevemente el BOTÓN DE ENCENDIDO. Si la succión aumenta, es porque estaba trabajando en el modo de SUCCIÓN PARCIAL.
- Compruebe que no esté bloqueando los ORIFICIOS DE VENTILACIÓN con los dedos. Si no entra aire al sistema, la succión será más lenta y menos eficiente.
- Compruebe que el FILTRO SUSTITUIBLE esté colocado correctamente en el interior del CONO DE LA CUBIERTA FRONTAL.
- Compruebe que el FILTRO SUSTITUIBLE no esté obstruido por partículas de piel. En tal caso, sustituya el filtro por uno nuevo, tal como se explica en la sección 11.3

13. Atención al Cliente

Para más información sobre Silk'n Glide™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: www.silkn.eu o www.silkn.com.
Si su dispositivo está roto, dañado, necesita una reparación o si necesita cualquier tipo de asistencia, por favor, contacte su servicio local de Atención al Cliente de Silk'n Pro™.
Para clientes de EE. UU. y Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes en otros países: info@silkn.com

14. Especificaciones

Tamaño del cabezal de la punta		Diámetro de 14 mm
Tecnología		Cabezal de lijado con succión de aire
Potencia		12 V CC 0,2 A
Funcionamiento y seguridad		Consulte el Manual de instrucciones
Norma de clasificación		IEC 60601-2-57:2011
Grupo de riesgo		Exento
Tamaño del paquete		Altura: 9 pulgadas; ancho: 9 pulgadas; profundidad: 5,2 pulgadas 180x180x100 mm
Peso del sistema		110 g.
Temperatura	Funcionamiento	De 10 °C a 35 °C
	Almacenamiento	De -40 a +70 °C
Humedad relativa	Funcionamiento	Del 30 al 75 % de HR
	Almacenamiento	Del 10 al 90 % de HR
Adaptador		Modelo: KSA24A1200150HU
Nominal		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

Copyright © 2013 Home Skinovations Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2014.
Η Home Skinovations Ltd. διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές τους με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας ή της ευκολίας κατασκευής τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τη χρήση τους. Δεν χορηγείται καμία άδεια, εννοούμενη ή άλλη, αναφορικά με ευρεσιτεχνίες ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της Home Skinovations Ltd.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέντα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέντων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Πίνακας περιεχομένων

1. Τι είναι το Revit™ 42
2. Περιγραφή συσκευής Revit™ 43
3. Περιεχόμενα συσκευασίας Revit™ 43
4. Ενδεδειγμένη χρήση Revit™ 44
5. Ασφάλεια με το Revit™ 44
5.1 Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το Revit™; *44*
6. Προφυλάξεις - Πώς να χρησιμοποιείτε το Revit™ με ασφάλεια 45
6.1 Αποφυγή επιπλοκών μετά τη χρήση του Revit™ *45*
7. Μείωση του κινδύνου τραυματισμού 45
8. Τρόπος χρήσης του Revit™ 46
8.1 Ρύθμιση του Revit™ *46*
8.2 Εφαρμογή του Revit™ για πρώτη φορά *46*
9. Τι να περιμένετε κατά την εφαρμογή του Revit™ 47
10. Μετά την εφαρμογή του Revit™ 48
11. Συντήρηση του Revit™ 48
11.1 Καθαρισμός του Revit™ *48*
11.2 Αντικατάσταση του άκρου *48*
11.3 Αντικατάσταση του φίλτρου *49*
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων 49
13. Εξυπηρέτηση πελατών 50
14. Προδιαγραφές 50
15. Επισήμανση 121

Πριν χρησιμοποιήσετε το Revit™ για πρώτη φορά, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες χρήσης και χειρισμού της συσκευής, καθώς και τις διαδικασίες μετά τη χρήση.
Παρακαλείστε να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και να τις ακολουθείτε αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Revit™.
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει αυτή.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

1. Τι είναι το Revit™;

Το Revit™ είναι μια συσκευή θεραπείας διπλής δράσης για χρήση στο σπίτι, η οποία συνδυάζει την απολέπιση μέσω του άκρου δερμοαπόξεσης και τη διέγερση με κενό.

Απολέπιση μέσω του άκρου δερμοαπόξεσης

- Ήπια απολέπιση χωρίς έντονο τρίψιμο, για λεία και ανανεωμένη επιδερμίδα

Διέγερση με κενό

- Βοηθά στην επίτευξη μιας πιο λείας και νεανικής επιδερμίδας
- Βοηθά στη βελτίωση της απόχρωσης, της υφής και της ελαστικότητας της επιδερμίδας
- Βοηθά στη μείωση της εμφάνισης σημαδιών γήρανσης
- Βοηθά στη μείωση της εμφάνισης γραμμών γύρω από τα μάτια
- Πιο λεία επιδερμίδα

2. Περιγραφή συσκευής Revit™

Η συσκευή δερμοαπόξεσης Revit™ διαθέτει 3 ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΑΚΡΑ (A) συνδεδεμένα σε μια ΛΑΒΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (B) με ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ (C), η οποία είναι εγκατεστημένη στον ΚΩΝΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (D), ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (E) στο ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (F) και ένα ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (G) που λειτουργεί επίσης και ως ρυθμιστικό της έντασης αναρρόφησης και βρίσκεται στο ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (H). Το καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος συνδέεται στο κάτω μέρος της συσκευής.





3. Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίγοντας τη συσκευασία του Revit™, θα βρείτε τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Συσκευή δερμοαπόξεσης Revit™
- Δύο πρόσθετα αποξεστικά άκρα για διάφορες χρήσεις
- Ένα πακέτο με ανταλλακτικά φίλτρα
- Προσαρμογέας καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
- Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης

Ενδεδειγμένη χρήση Revit™

Η συσκευή Revit™ είναι μια μη συνταγογραφούμενη συσκευή που προορίζεται για την απολέπιση των επιφανειακών στιβάδων του δέρματος για μια πιο ανανεωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Το Revit™ έχει σχεδιαστεί επίσης για τη διέγερση του δέρματος και την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

4. Ενδεδειγμένη χρήση Revit™

Το Revit™ είναι μια μη συνταγογραφούμενη συσκευή που προορίζεται για την απολέπιση των επιφανειακών στιβάδων του δέρματος για μια πιο ανανεωμένη και λαμπερή εμφάνιση. Προορίζεται για χρήση στις εξής περιπτώσεις:

- Γερασμένο δέρμα στο σώμα, το πρόσωπο και το λαιμό
- Λεπτές γραμμές προσώπου
- Γραμμές γύρω από τα μάτια
- Αποχρωματισμός δέρματος
- Σκούρες κηλίδες και ουλές
- Θαμπό ή ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα



5. Ασφάλεια με το Revit™

5.1 Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το Revit™;

Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που ενδεχομένως να αποτρέπουν προσωρινά τη χρήση του Revit™ ή απαιτούν τη συμβουλή γιατρού. Ελέγξτε εάν ισχύει κάτι από τα παρακάτω για εσάς:

- Μη διαγνωσμένες βλάβες
- Πρόσφατη έξαρση έρπη
- Δερματικά θηλώματα
- Ηλιακά εγκαύματα
- Ενεργή ροδόχρους νόσος
- Ασταθής σακχαρώδης διαβήτης
- Διαταραχές του αυτοάνοσου συστήματος
- Καρκίνος του δέρματος
- Αγγειακές βλάβες
- Χρήση αντιπηκτικών από στόματος

6. Προφυλάξεις – Πώς να χρησιμοποιείτε το Revit™ με ασφάλεια

Συνιστούμε να ξεκινάτε την εφαρμογή της συσκευής με το λεπτότερο άκρο ρυθμισμένο στη λειτουργία μερικής αναρρόφησης και σε μικρή περιοχή δέρματος. Εάν δεν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή σε μεγαλύτερες περιοχές, αλλά εξακολουθώντας να χρησιμοποιείτε το λεπτότερο άκρο στη λειτουργία μερικής αναρρόφησης. Εάν το δέρμα σας δεν εμφανίσει σημάδια αντίδρασης, μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση με όλα τα υπόλοιπα άκρα στη λειτουργία πλήρους αναρρόφησης.

6.1 Αποφυγή επιπλοκών μετά τη χρήση του Revit™!

- Προσπαθήστε να μην εκθέτετε στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έχετε εφαρμόσει πρόσφατα τη συσκευή!
- Για να προστατεύσετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έχετε εφαρμόσει πρόσφατα τη συσκευή από την ηλιακή ακτινοβολία, πρέπει να χρησιμοποιείτε άφθονο αντηλιακό με SPF 30 ή μεγαλύτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό και στεγνό πριν χρησιμοποιήσετε το Revit™.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ στις θηλές ή την περιοχή των γεννητικών οργάνων (για άνδρες και γυναίκες).
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της απολέπισης του δέρματος.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ σε παιδιά και μην επιτρέπετε σε παιδιά να το χρησιμοποιήσουν.

7. Μείωση του κινδύνου τραυματισμού

Όπως ισχύει με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του Revit™. Το Revit™ είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Συνεπώς, πρέπει να διατηρείται πάντα μακριά από το νερό και να μην χρησιμοποιείται ποτέ εάν έχει βραχεί.

Μην προσπαθήσετε να πιάσετε το Revit™ εάν πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα!

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Revit™!

Το άνοιγμα του Revit™ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνο όταν αλλάζετε φίλτρο! (για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του φίλτρου, ανατρέξτε στην ενότητα 11.3)

- Μην αφήνετε ποτέ το Revit™ χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ εάν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει φθαρεί και διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ εάν όλες οι οπές αερισμού στη ΛΑΒΗ του είναι φραγμένες.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του φέρει ρωγμές, έχει σπάσει ή διαλύεται.
- Αποσυνδέστε το Revit™ από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το Revit™ με προσαρτήματα ή εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Home Skinovations Ltd.
- Το Revit™ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον εγκεκριμένο προσαρμογέα του.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή Revit™!

8. Τρόπος χρήσης του Revit™

8.1 Ρύθμιση του Revit™

- Αφαιρέστε τη συσκευή απολέπισης Revit™ και τα υπόλοιπα εξαρτήματα από το κουτί.
- Επιλέξτε το άκρο απόξεσης που χρειάζεστε: Τραχύ - για έντονη απολέπιση, Μεσαίο – για ηπιότερη εφαρμογή ή Λεπτό για ήπιο φινίρισμα. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του ΑΚΡΟΥ, ανατρέξτε στην ενότητα 11.2.

Σημείωση: συνιστάται έντονα να ξεκινάτε την εφαρμογή της συσκευής με το λεπτό άκρο!

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή της συσκευής Revit™.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

Η συσκευή Revit™ είναι έτοιμη για χρήση.

8.2 Εφαρμογή του Revit™ για πρώτη φορά

Το δέρμα θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα.

1. Πατήστε μία φορά σύντομα το ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία μερικής αναρρόφησης και είναι έτοιμη για χρήση.
2. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά από την περιοχή της ΛΑΒΗΣ, προσέχοντας να μην καλύπτετε με τα χέρια σας τις ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
3. Εάν επιθυμείτε να αυξήσετε το επίπεδο έντασης της αναρρόφησης, πατήστε μία φορά το ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να αυξήσετε το επίπεδο από μερική σε πλήρη αναρρόφηση.
4. Εφαρμόστε το ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ στο δέρμα, φροντίζοντας ώστε το δέρμα να απλώνεται ομαλά και απαλά και το ΑΚΡΟ να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Καλύπτοντας περιοχές δέρματος

- **Περιοχή του λαιμού**

  Συνιστούμε να ξεκινήσετε με τη χαμηλότερη ένταση αναρρόφησης και να την αυξήσετε μετά από μερικές χρήσεις, ανάλογα με το βαθμό άνεσης και την ευαισθησία του δέρματός σας. Εφαρμόστε στην περιοχή του λαιμού χρησιμοποιώντας απαλές καθοδικές κινήσεις.



- **Μέτωπο, μάγουλα και πηγούνι**

  Συνιστούμε να ξεκινήσετε με τη χαμηλότερη ένταση αναρρόφησης και να την αυξήσετε μετά από μερικές χρήσεις, ανάλογα με το βαθμό άνεσης και την ευαισθησία του δέρματός σας. Χρησιμοποιήστε σταθερές κινήσεις από το κέντρο προς τα έξω, προς τη γραμμή του τριχωτού της κεφαλής. Συνεχίστε προς τα κάτω μέχρι την άκρη του προσώπου.

- **Μάτια και μύτη**

  Συνιστούμε να ξεκινήσετε με τη χαμηλότερη ένταση αναρρόφησης και να την αυξήσετε μετά από μερικές χρήσεις, ανάλογα με το βαθμό άνεσης και την ευαισθησία του δέρματός σας. Στην περιοχή των φρυδιών, χρησιμοποιήστε σύντομες και ανοδικές κινήσεις αποφεύγοντας με προσοχή τα ευαίσθητα βλέφαρα. Συνεχίστε στην περιοχή της μύτης, χρησιμοποιώντας ευθύγραμμες καθοδικές κινήσεις και ακολουθώντας την καμπύλη της μύτης και τη γραμμή του ζυγωματικού.

9. Τι να περιμένετε κατά την εφαρμογή του Revit™;

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Revit™, είναι φυσιολογικό να σημειωθούν τα εξής:

- **Ένας απαλός θόρυβος αναρρόφησης -** η αντλία αναρρόφησης παράγει ένα χαμηλό βουητό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- **Κάποιες ελαφρές κοκκινίλες του δέρματος –** Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εφαρμογή του Revit™, δεν είναι ασύνηθες να παρατηρήσετε κάποιο ελαφρύ κοκκίνισμα του δέρματος. Εάν παρατηρήσετε ωστόσο εκτεταμένες κοκκινίλες στο δέρμα, αφήστε το δέρμα σας να ηρεμήσει για 48 ώρες για να επανέλθει. Εάν το δέρμα σας εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια υπερευαισθησίας μετά από 48 ώρες, σταματήστε αμέσως τη χρήση του Revit.

10. Μετά την εφαρμογή του Revit™

- Όταν ολοκληρώνετε μια συνεδρία με το Revit™, απενεργοποιήστε το Revit™ με ένα σύντομο πάτημα στο ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εάν βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους αναρρόφησης ή δύο σύντομα πατήματα εάν βρίσκεται σε λειτουργία μερικής αναρρόφησης.
- Αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα.
- Συνιστούμε να ελέγχετε το ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ μετά από έναν αριθμό χρήσεων για τυχόν φράξιμο από κατάλοιπα δέρματος. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε κατά διαστήματα το ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.
- Μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να φυλάσσετε τη συσκευή Revit™ στην αρχική συσκευασία της και να τη διατηρείτε μακριά από νερό.

11. Συντήρηση του Revit™

11.1 Καθαρισμός του Revit™

- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή Revit™ και ειδικά το ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.
- Αποσυνδέστε το Revit™ από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και καθαρό ύφασμα για να σκουπίσετε απαλά το εξωτερικό περίβλημα του Revit™.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ΑΚΡΟΥ, αφαιρέστε το από τη συσκευή κρατώντας τη ΛΑΒΗ και αποσπώντας το προσεκτικά από τον ΚΩΝΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ. Το ΑΚΡΟ είναι πλέον έτοιμο για καθαρισμό.
- ΤΟ ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα. Στεγνώστε το ενδελεχώς.
- Προσαρτήστε ξανά το ΑΚΡΟ πιέζοντας απαλά τη ΛΑΒΗ εντός του ΚΩΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ μέχρι να ευθυγραμμιστούν πλήρως.

11.2 Αντικατάσταση του άκρου

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιο τραχύ ή λεπτό άκρο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το άκρο ακολουθώντας τις εξής απλές οδηγίες:

- Αφαιρέστε το τρέχον άκρο από τη συσκευή, κρατώντας τη ΛΑΒΗ του και αποσπώντας το προσεκτικά από τον ΚΩΝΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.
- Προσαρτήστε το ΑΚΡΟ που επιλέξατε, πιέζοντας απαλά τη ΛΑΒΗ του εντός του ΚΩΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ μέχρι να ευθυγραμμιστούν πλήρως.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το επιθυμητό άκρο.

11.3 Αντικατάσταση του φίλτρου

- Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, κρατήστε τη ΛΑΒΗ και αποσπάστε την προσεκτικά από τον ΚΩΝΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ. Αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο από τη θέση του εντός του ΚΩΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ και απορρίψτε το. Πάρτε ένα νέο φίλτρο από τη συσκευασία και τοποθετήστε το προσεκτικά στο εσωτερικό του ΚΩΝΟΥ.
- Προσαρτήστε ξανά το ΑΚΡΟ πιέζοντας απαλά τη ΛΑΒΗ εντός του ΚΩΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ μέχρι να ευθυγραμμιστούν πλήρως.
- Ποτέ μη βυθίζετε το Revit™ ή κάποιο από τα εξαρτήματά του σε νερό!
- Η συσκευή αυτή πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα όταν φτάνει το στάδιο της απόσυρσής της. Με αυτόν τον τρόπο, τα πολύτιμα υλικά της συσκευής ανακυκλώνονται και αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
- Παραδώστε την παλιά σας συσκευή στο κοντινότερο σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων για ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

“Το Revit™ δεν ξεκινά.”

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά με τη συσκευή Revit™.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σε μια πρίζα στον τοίχο.

“Η αναρρόφηση είναι αδύναμη.”

- Βεβαιωθείτε πως έχετε καλή επαφή με το δέρμα και ότι η επιφάνεια εφαρμογής πιέζεται ομαλά και σταθερά στο δέρμα.
- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Για να το ελέγξετε αυτό, πατήστε μία φορά σύντομα το ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εάν η αναρρόφηση αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσατε τη λειτουργία ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζετε με τα δάχτυλά σας τις ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Εάν δεν εισέρχεται αέρας στο σύστημα, η αναρρόφηση είναι αργή και ανεπαρκής.
- Βεβαιωθείτε πως το ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ έχει τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό του ΚΩΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.
- Βεβαιωθείτε πως το ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ δεν έχει φράξει από κατάλοιπα δέρματος. Εάν έχει όντως φράξει, αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούριο σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας 11.3

13. Εξυπηρέτηση πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n™ παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον τοπικό σας δικτυακό τόπο, www.silkn.eu ή www.silkn.com
Εάν η συσκευή σας είναι χαλασμένη, έχει υποστεί βλάβες ή χρειάζεται επισκευή και για οποιοδήποτε άλλη βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Silk'n™:
Για πελάτες στις ΗΠΑ και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Για πελάτες στις υπόλοιπες χώρες: info@silkn.com

14. Προδιαγραφές

Μέγεθος κεφαλής άκρου		Διάμετρος 14 mm
Τεχνολογία		Κενό αέρα, Κεφαλή απόξεσης
Ισχύς		12V DC 0,2A
Χειρισμός και Ασφάλεια		ανατρέξτε στις οδηγίες του εγχειριδίου
Εγκεκριμένο πρότυπο		IEC 60601-2-57:2011
Ομάδα κινδύνου		Εξαίρεση
Μέγεθος συσκευασίας		Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 9 ίντσες, Βάθος 5,2 ίντσες180x180x100mm
Συνολικό βάρος		110 gr.
Θερμοκρασία	Χρήση	10°C έως 35°C
	Αποθήκευση	-40 έως +70°C
Σχετική υγρασία	Χρήση	30 έως 75% RH
	Αποθήκευση	10 έως 90% RH
Προσαρμογέας		Μοντέλο: KSA24A1200150HU
Ονομαστική		100-240V, 50-60Hz, 0,5A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheter reservert.
Utskriftsdato: Februar 2014

Home Skinovations Ltd. forbeholder seg retten til å foreta endringer av sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet eller produserbarhet. Informasjon supplert av Home Skinovations Ltd. antas å være korrekt og pålitelig ved publiseringstidspunktet. Home Skinovations Ltd. påtar seg imidlertid ingen ansvar for bruken av nevnt informasjon. Ingenting i innholdet av denne informasjonen skal fortolkes som tildeling, ved implikasjon eller andre måter, som en lisens i henhold til noe/n patent eller rettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd.
Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd.
Data kan endres uten videre varsling.
Home Skinovations Ltd. har patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforhold i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd.
Spesifikasjoner kan endres uten varsling.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Innholdsfortegnelse

1. Hva er Revit? ... *52*
2. Beskrivelse av Revit™ ... *53*
3. Revit™ - Pakkeinnhold ... *53*
4. Tiltenkt bruk av Revit™ ... *54*
5. Sikkerhet med Revit™ ... *54*
5.1 Når skal du konsultere din lege før du bruker Revit™? ... *54*
6. Forholdsregler - Hvordan bruke Revit™ på en sikker måte ... *55*
6.1 Unngå komplikasjoner etter bruk av Revit™ ... *55*
7. Redusere risikoen for skade ... *55*
8. Hvordan du bruker Revit™ ... *56*
8.1 Oppsett av Revit™ ... *56*
8.2 Behandling med Revit™ for første gang ... *56*
9. Hva du kan forvente når du behandler huden med Revit™ ... *57*
10. Etter behandling med Revit™ ... *58*
11. Vedlikehold av Revit™ ... *58*
11.1 Rengjøring av Revit™ ... *58*
11.2 Utskifte av hodet ... *58*
11.3 Utskifte av filteret ... *59*
12. Feilsøking ... *59*
13. Kundeservice ... *60*
14. Spesifikasjoner ... *60*
15. Merking ... *121*

Vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet før du bruker Revit™ for første gang. Vær spesielt oppmerksom på prosedyrer for bruk og drift av apparatet og prosedyrer etter bruk.
Vennligst les alle advarsler og forholdsregler før bruk og følg disse nøye ved bruk av Revit™
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene.

Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold kan ikke utføres av barn uten tilsyn.

1. Hva er Revit™?

Revit™ er et behandlingsapparat med dobbelfunksjon som kombinerer eksfoliering ved dermabrasjon og vakuumstimulering, tiltenkt hjemmebruk.

Eksfoliering ved dermabrasjon

- Mild, ikke-slipende eksfoliering for en glattere og friskere hud

Vakuumstimulering

- Bidrar til å stimulere til jevnere, mer ungdommelig hud
- Bidrar til å forbedre hudfarge, -tekstur og -elastisitet
- Bidrar til å redusere synligheten av pigmentflekker
- Bidrar til å redusere synligheten av linjer rundt øynene
- Glattere hud

2. Beskrivelse av Revit™

Revit-dermabrasjonsapparatet har 3 SLIPEHODER (A) koblet til et GUMMIERT HÅNDGREP (B) med et UTSKIFTBART FILTER (C), installlert på FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP (D), LUFTVENTILER (E) på FRONTDEKSELET (F) og en "ON" (PÅ)-KNAPP (G) som også fungerer som regulatoren av sugeintensitet, denne plassert på BAKDEKSELET (H). Strømadapterledningen kobles til bunnen på apparatet.





3. Pakkeinnhold

Revit™-pakken inneholder følgende deler:

- Revit™-dermabrasjonsapparat
- To ekstra slipehoder for variert bruk
- En pakke med ekstra filtre
- AC-adapter med ledning
- Denne brukermanualen

Tiltenkt bruk av Revit™

Revit-apparatet får du kjøpt i butikk og er tiltenkt eksfoliering av hudens øvre lag for en friskere hud. Revit™ er også utviklet for å stimulere huden og øke produksjonen av kollagen, noe som reduserer synligheten av fine linjer og rynker.

4. Tiltenkt bruk av Revit™

Revit™-apparatet får du kjøpt i butikk og er tiltenkt eksfoliering av hudens øvre lag for et friskere utseende. Det er beregnet for behandling av:

- Aldrende ansikts- og halshud
- Fine ansiktslinjer
- Linjer rundt øynene
- Hudmisfarging
- Mørke flekker og arrdannelse
- Sliten og solskadet hud



5. Sikkerhet med Revit™

5.1 Når skal du konsultere din lege før du bruker Revit™?

Visse forhold kan hindre bruken av Revit™ midlertidig, eller kan kreve medisinsk konsultasjon. Vennligst sjekk om noe av det følgende gjelder deg for øyeblikket:

- Udiagnostiserte lesjoner
- Nylig herpesutbrudd
- Vorter
- Solbrenthet
- Aktiv rosacea
- Ustabil diabetes mellitus
- Forstyrrelser i det autoimmune systemet
- Hudkreft
- Vaskulære lesjoner
- Bruk av orale blodfortynnende legemidler (antikoagulantia)

6. Forholdsregler - Hvordan bruke Revit™ på en sikker måte

Det anbefales at du starter behandling på et lite hudområde med bruk av det fineste hodet stilt inn på "Partial Suction Mode" (Modus for delvis suging). Hvis du ikke ser noen bivirkninger, kan du starte behandlingen på fulle hudområder, men fremdeles med det fineste hodet stilt inn på "Partial Suction Mode" (Modus for delvis suging). Hvis huden din ikke viser noen tegn til bivirkninger, kan du starte behandling med alle de andre hodene stilt inn på "Full Suction Mode" (Modus for full suging).

6.1 Unngå komplikasjoner etter bruk av Revit™!

- Du må prøve å ikke utsette nylig behandlede hudområder for direkte sollys!
- For å beskytte nylig behandlet hud når den er utsatt for sol, pass på å smøre inn huden grundig med solkrem styrke 30 eller høyere.
- Sørg for at huden er helt tørr og ren før du bruker Revit™.
- Ikke bruk Revit™ på brystvorter eller kjønnsdeler (mann eller kvinne).
- Ikke bruk Revit™ til andre formål enn hudeksfoliasjon.
- Du må holde dette apparatet utenfor barns rekkevidde. Ikke bruk Revit™ på barn eller la barn bruke det.

7. Redusere risikoen for skade

Som med alt elektrisk utstyr, må visse forholdsregler tas for din egen sikkerhet når du bruker Revit™.
Revit™ er et elektrisk apparat. Som sådan må det alltid holdes unna vann og aldri brukes når det er vått.

Ikke ta i Revit™ dersom det har falt ned i vann. Dra ut støpselet umiddelbart!

Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Revit™-apparat!

Dersom du forsøker å åpne ditt Revit™-apparat, kan dette også skade apparatet og ugyldiggjøre garantien din.
Demonter apparatet kun ved utskifte av filter! (For instruksjoner om hvordan du skifter ut filteret, se seksjon 11.3)

- Revit™ må aldri være uten tilsyn når det er plugget i en stikkontakt.
- Ikke bruk Revit™ hvis det har en skadet ledning eller plugg og hold strømledningen unna varme overflater.
- Ikke bruk Revit™ dersom du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.
- Ikke bruk Revit™ hvis noen eller alle ventiler på HÅNDGREPET er blokkert.
- Ikke bruk Revit™ dersom noen av delene er sprukket, ødelagt eller har løsnet
- Koble Revit™ fra strømkilde før rengjøring.
- Ikke bruk Revit™ med eventuelt tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt av Home Skinovations Ltd
- Revit™ må bare brukes med sitt eget adapter
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i Revit™-apparatet!

8. Hvordan du bruker Revit™

8.1 Oppsett av Revit™

- Fjern Revit™-eksfolieringsapparatet og andre komponenter fra esken.
- Velg det slipehodet du ønsker: "Coarse" (Grov) - for dyp behandling, Medium - for en mildere behandling eller "Fine" (Fin) for delikat etterbehandling. For ytterligere instruksjoner om hvordan du skifter ut SLIPEHODET, se seksjon 11.2

Merk: Det anbefales på det sterkeste å starte behandling med hodet "Fine" (Fin)!

- Plugg strømledningen i Revit™-apparatet.
- Plugg den andre enden av strømledningen i en elektrisk stikkontakt.

Ditt Revit™-apparat er nå klart til bruk.

8.2 Behandling med Revit™ for første gang

Huden bør være ren, tørr og fri for pudder, deodoranter, kremer og salver.

1. Trykk hurtig en gang på knappen "ON" (PÅ). Apparatet er nå i "Partial Suction Mode" (Modus for delvis suging) og klart til bruk.
2. Hold enheten godt i HÅNDGREPET og samtidig sørg for at hånden ikke blokkerer LUFTVENTILENE.
3. Hvis du ønsker å øke nivået på sugeintensiteten, trykker du én gang på "ON" (PÅ)-KNAPPEN for å øke nivået fra "Partial" (Delvis) til "Full Suction Mode" (Modus for full suging).
4. Sett SLIPEHODET på huden mens du sørger for at huden er jevnt og mykt fordelt, og at HODET er i full kontakt med huden.

Dekking av hudområder

- **Halsområde**

  Vi anbefaler at du starter med lav sugeintensitet og øker etter noen behandlinger, avhengig av ditt komfortnivå og hudens følsomhet. Behandle halsområdet med jevne, nedadgående bevegelser



- **Panne, kinn og hake**

  Vi anbefaler at du starter med lav sugeintensitet og øker etter noen behandlinger, avhengig av ditt komfortnivå og hudens følsomhet. Med stødig hånd, beveg apparatet fra midten og utover, mot hårlinjen. Fortsett deretter ned mot ansiktsgrensen

- **Øye- og neseområder**

  Vi anbefaler at du starter med lav sugeintensitet og øker etter noen behandlinger, avhengig av ditt komfortnivå og hudens følsomhet. I området rundt øyenbryn må du bruke korte og oppadgående bevegelser, mens du er forsiktig med å unngå de følsomme øyelokkene. Fortsett til neseområdet hvor du bruker strake nedadgående bevegelser og følger nesens kurve og kinnbenets linje.

9. Hva du kan forvente når du behandler huden med Revit™?

Under en Revit™-behandling er det normalt å oppleve og føle:

- **En myk sugelyd -** sugepumpen avgir en lav summende lyd. Dette er normalt.
- **Litt rød eller rosa farge -** Under og rett etter din Revit™-økt er det ikke uvanlig å se noe veldig mild, rosaaktig farge på huden. Men hvis du ser at huden blir fullstendig rød, må du gi huden en pause i 48 timer og la den komme seg komfortabelt. Hvis huden fortsetter å vise tegn på overfølsomhet etter 48 timer, må du stoppe bruken av Revit™ umiddelbart.

10. Etter behandling med Revit™

- Når du har fullført en Revit™-økt, slår du av Revit™ ved å trykke hurtig på "ON" (PÅ)-knappen dersom du er i "Full Suction Mode" (Modus for full suging), eller to hurtige trykk dersom du er i "Partial Suction Mode" (Modus for delvis suging)
- Ta stikkontakten ut av det elektriske støpselet.
- Det anbefales at du inspiserer det UTSKIFTBARE FILTERET for hudblokkering etter et par behandlinger. Det er også viktig at du rengjør SLIPEHODET med jevne mellomrom.
- Etter rengjøring anbefales det at du legger Revit™-apparatet i sin originalforpakning og holder apparatet unna vann.

11. Vedlikehold av Revit™

11.1 Rengjøring av Revit™

- Det anbefales å rengjøre Revit™-apparatet, og spesielt SLIPEHODET.
- Koble Revit™ fra strømkilde før rengjøring.
- Bruk en tørr, ren klut til å tørke yttersiden av Revit™.
- For å rengjøre innsiden av HODET, må du skille det fra apparatet ved å holde i HÅNDGREPET og forsiktig løsne det fra FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP. HODET kan nå rengjøres.
- SLIPEHODET kan rengjøres med varmt vann og mild såpe, ved bruk av en myk børste. La det tørke godt.
- Sett på HODET ved å skyve HÅNDGREPET tilbake forsiktig på FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP inntil de går i flukt med hverandre.

11.2 Utskifte av hode

Hvis du ønsker å behandle huden din med et finere eller grovere hode enn det som er i bruk, kan du skifte det ut ved å følge disse enkle instruksjonene:

- Separer det aktuelle hodet fra apparatet ved å holde i HÅNDGREPET og forsiktig løsne det fra FRONTDEKSELETS KJEGELETUPP.
- Sett på det HODET du velger ved å skyve HÅNDGREPET tilbake forsiktig på FRONTDEKSELETS KJEGELETUPP inntil de går i flukt med hverandre.

Du kan nå bruke apparatet med det valgte hodet.

11.3 Utskifte av filteret

- For å skifte ut filteret, holder du i HÅNDGREPET og forsiktig løsner det fra FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP. Fjern filteret fra innsiden av FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP og avhend dette. Ta et nytt filter fra pakken og plasser det forsiktig på innsiden av KJEGLETUPPEN.
- Sett på HODET ved å skyve HÅNDGREPET tilbake forsiktig på FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP inntil de går i flukt med hverandre.
- Aldri legg Revit™ eller noen av enkeltkomponentene i vann!
- Denne enheten må avhendes ved oppnådd tilmålt levealder. På denne måten er enhetens verdifulle materialer gjenvunnet og miljøbelastningen unngås.
- For en sikker og effektiv avhending, lever det gamle utstyret ditt til det nærmeste oppsamlingsstedet for elektronisk avfall.

12. Feilsøking

“Min Revit™ starter ikke.”

- Kontroller at strømledningen er riktig koblet til Revit™.
- Kontroller at strømledningen er koblet til strømuttak.

“Sugestyrken er svak”

- Kontroller at du har god kontakt med huden og at sugeflaten er jevnt og godt presset mot huden.
- Kontroller at du er i modusen “FULL SUCTION” (FULL SUGING) For å kontrollere dette, trykker du hurtig på “ON” (PÅ)-KNAPPEN. Hvis sugenivået øker, betyr det at apparatet var still inn på modusen “PARTIAL SUCTION” (DELVIS SUGING).
- Kontroller at fingrene dine ikke blokkerer LUFTVENTILENE. Sugingen blir sakte og ineffektiv dersom det ikke kommer noe luft inn i systemet.
- Kontroller at det UTSKIFTBARE FILTERET er posisjonert riktig inne i FRONTDEKSELETS KJEGLETUPP.
- Kontroller at det UTSKIFTBARE FILTERET ikke er tilstoppet av hudpartikler. Hvis dette er tilfellet må du skifte ut filteret med et nytt, som forklart i seksjon 11.3

13. Kundeservice

For mer informasjon om Silk'n™-produkter, vennligst gå inn på ditt lokale Silk'n™-nettsted, www.silkn.eu eller www.silkn.com.
Dersom apparatet er ødelagt, skadet, trenger reparasjon eller annen bruker hjelp, vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice:
For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
For kunder i andre land: info@silkn.com

14. Spesifikasjoner

Slipehodestørrelse		Diameter 14 mm
Teknologi		Slipehode med luftvakuum
Strøm		12V DC 0,2A
Drift og sikkerhet		se brukermanualens instruksjoner
Klassifisert standard		IEC 60601-2-57:2011
Risikogruppe		Unntak
Pakkestørrelse		Høyde 9 tommer, Bredde 9 tommer, Dybde 5,2 tommer180 x 180 x 100 mm
Systemvekt		110 gr.
Temperatur	I drift	10 °C til 35 °C
	Lagring	-40 til +70 °C
Relativ luftfuktighet	I drift	30 til 75 % RH
	Lagring	10 til 90 % RH
Adapter		Modell: KSA24A1200150HU
Klassifisert		100 - 240V; 50 - 60 Hz; 0,5A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Julkaisupäivämäärä: Helmikuu 2014

Home Skinovations Ltd. pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa tai niiden teknisiin selosteisiin suorituskyvyn, käyttövarmuuden tai valmistettavuuden parantamiseksi. Home Skinovations Ltd.:n antamien tietojen uskotaan olevan julkaisuhetkellä virheettömiä ja luotettavia. Home Skinovations Ltd. ei kuitenkaan vastaa niiden käytöstä. Mitään epäsuoria tai muita käyttöoikeuksia ei myönnetä mihinkään Home Skinovations Ltd.:n patenttiin tai patenttioikeuksiin.
Tätä asiakirjaa ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tekniikalla, elektronisella tai mekaanisella, mihinkään tarkoitukseen ilman Home Skinovations Ltd:n erityistä kirjallista lupaa.
Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Home Skinovations Ltd.:lla on patentteja ja vireillä olevia patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaaliomaisuusoikeuksia, jotka suojaavat tämän asiakirjan asiasisältöä. Tämän asiakirjan toimittaminen ei anna käyttäjälle mitään käyttöoikeuksia em. patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaaliomaisuusoikeuksiin muutoin kuin siinä tapauksessa, että Home Skinovations Ltd. on nimenomaisesti kirjallisella sopimuksella myöntänyt käyttöoikeuden. Teknisiä selosteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Sisältö

1. Mikä Revit™ on? *62*
2. Revit-laitteen kuvaus *63*
3. Revit™-pakkauksen sisältö *63*
4. Revit™-laitteen käyttötarkoitus *64*
5. Turvallisuus Revit™-laitteen käytössä *64*
5.1 Milloin kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä ennen Revit™-laitteen käyttöä? *64*
6. Varotoimet – Revit™-laitteen turvallinen käyttö *65*
6.1 Ehkäise Revitin käytönjälkeiset komplikaatiot *65*
7. Loukkaantumisriskin vähentäminen *65*
8. Kuinka Revitiä käytetään *66*
8.1 Revitin valmistelu käyttöön *66*
8.2 Ensimmäinen Revit-hoitokerta *66*
9. Mitä odottaa Revit-hoidon aikana ja sen jälkeen *67*
10. Revit-hoidon päätteeksi *68*
11. Revit-laitteen huolto *68*
11.1 Revitin puhdistus *68*
11.2 Kuorintapään vaihto *68*
11.3. Suodattimen vaihto *69*
12. Vianetsintä *69*
13. Asiakaspalvelu *70*
14. Tekniset tiedot *70*
15. Merkinnät *121*

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen Revit™-laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Kiinnitä erityistä huomiota laitteen käyttötoimenpiteisiin sekä käytön jälkeisiin toimenpiteisiin.
Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä tarkasti Revit™-laitetta käyttäessäsi
Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset, liikunta- tai aistirajoitteiset ja kehitysvammaiset sekä henkilöt, joilta puuttuu kokemusta tai tietämystä, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ei saa antaa lasten suoritettavaksi ilman valvontaa.

1. Mikä Revit™ on?

Revit™ on kotikäyttöön suunniteltu kaksoistoimintainen hoitolaite, jossa yhdistyvät dermabraasiokuorinta ja alipainestimulaatio.

Dermabraasiokuorinta

- Hellävarainen, hankaamaton kuorinta, joka sileyttää ja heleyttää ihoa

Alipainestimulaatio

- Stimuloi ihoa tehden siitä sileämmän ja nuoremman näköisen
- Parantaa ihon väriä, rakennetta ja kimmoisuutta
- Vähentää ikääntyvän ihon läikkien näkyvyyttä
- Vähentää silmänympärysihon juonteiden näkyvyyttä
- Lopputuloksena sileämmän näköinen iho

2. Revit™ - laitteen kuvaus

Revit-dermabraasiolaitteeseen kuuluu 3 KUORINTAPÄÄTÄ (A) yhdistettynä KUMITETTUUN KAHVAAN (B), johon kuuluu VAIHDETTAVA SUODATIN (C); ne on asennettu ETUKUORINUPIN (D) päälle; ILMA-AUKOT (E), jotka sijaitsevat ETUKUORESSA (F); sekä KÄYNNISTYSPAINIKE (G), joka toimii myös imun voimakkuuden säätimenä ja sijaitsee TAKAKUORESSA (H). Verkkolaitejohto on liitetty laitteen pohjaan





3. Pakkauksen sisältö

Revit™-pakkaus sisältää seuraavat osat:

- Revit™-dermabraasiolaite
- Kaksi lisäkuorintapäätä erivahvuiseen kuorintaan
- Paketti varasuodattimia
- Verkkolaite
- Tämä käyttöohje

Revit™-laitteen käyttötarkoitus

Revit-laite on ilman reseptiä myytävä laite, joka on tarkoitettu heleyttämään ihoa kuorimalla ihon uloimpia kerroksia. Revit™ on suunniteltu myös stimuloimaan ihoa ja edistämään kollageenin tuotantoa, mikä vähentää ryppyjen ja juonteiden näkyvyyttä.

4. Revit-laitteen käyttötarkoitus

Revit™ on ilman reseptiä myytävä laite, joka on tarkoitettu heleyttämään ihoa kuorimalla ihon uloimpia kerroksia. Laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavilla alueilla:

- Kehon, kasvojen ja kaulan ikääntyvä iho
- Kasvojen juonteet
- Juonteet silmien ympärillä
- Ihon värjäytymät
- Tummat läikät ja arvet
- Parkkiintunut ja auringon vaurioittama iho



5. Turvallisuus Revit-laitteen käytössä

5.1 Milloin kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä ennen Revit™-laitteen käyttöä?

Tietyt sairaudet voivat estää Revit™-laitteen käytön tilapäisesti tai vaatia lääkärin ohjeistusta. Tarkasta, ettet kärsi seuraavista sairauksista/vammoista tai käytä seuraavia lääkkeitä:

- Diagnosoimattomat vammat
- Tuore herpesinfektio
- Syylät
- Auringon polttama iho
- Aktiivinen ruusufinni
- Epävakaa diabetes mellitus
- Autoimmuunijärjestelmän häiriöt
- Ihosyöpä
- Verisuonisairaus
- Suun kautta otettavat verenohennuslääkkeet (antiloagulantit)

6. Varotoimet – Revit™-laitteen turvallinen käyttö

Neuvomme aloittamaan hoidon pehmeimmällä kuorintapäällä ja osittaisimutilassa pienellä ihoalueella. Jos et havaitse haittavaikutuksia, voit siirtyä suurempiin ihoalueisiin, mutta käytä edelleen pehmeintä kuorintapäätä ja osittaisimutilaa. Jos iholla ei ilmene minkäänlaisia merkkejä haittavaikutuksista, voidaan siirtyä käyttämään muita kuorintapäitä ja täysimutilaa.

6.1 Ehkäise Revit™-laitteen käytönjälkeiset komplikaatiot

- Vältä vastikään Revitillä hoidettujen alueiden altistamista suoralle auringonvalolle!
- Jos iho altistetaan auringonvalolle, on muistettava aina käyttää vastikään hoidetun ihon suojaamiseksi kaikkialla ihossa suojakerrokseltaan vähintään 30:n vahvuista aurinkovoidetta.
- Huolehdi, että iho on puhdas ja kuiva ennen Revit™-laitteen käyttöä.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää nännien tai sukupuolielimien alueilla (koskee sekä naisia että miehiä).
- Revit™-laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ihon kuorintaan.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Revit™-laitetta ei saa käyttää lapsilla eikä lasten saa antaa käyttää sitä.

7. Loukkaantumisriskin vähentäminen

Kuten kaikkien sähkölaitteiden kanssa, myös Revit™-laitteen käytössä on noudatettava tiettyjä varotoimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. Revit™ on sähkölaite. Sen takia se on aina pidettävä veden ulottumattomissa, eikä sitä saa koskaan käyttää kosteana tai märkänä.

Jos Revit™-laite putoaa veteen, siihen ei saa yrittää tarttua. Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta!

Revit™-laitetta ei saa yrittää avata tai korjata itse

Revit™-laitteen avaamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi sen takuun. Pura laite vain suodattimen vaihtoa varten! (ohjeet suodattimen vaihdosta kohdassa 11.3)

- Revit™-laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, ja virtajohto on pidettävä etäällä kuumista pinnoista.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää, jos näet tai haistat savua, kun laitetta käytetään.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää, jos yksi tai kaikki KAHVAN ilma-aukoista on tukossa.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää, jos mikään sen osista on rikki tai irtoamassa tai jos missään osassa on särö.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen Revit™-laitteen puhdistamista.
- Revit™-laitetta ei saa käyttää minkään lisäosan tai lisävarusteen kanssa, jota Home Skinovations Ltd. ei ole suositellut.
- Revit™-laitetta saa käyttää vain sille tarkoitetun verkkolaitteen kanssa.
- Revit™-laitteeseen ei saa työntää vierasesineitä!

8. Kuinka Revit™-laitetta käytetään

8.1 Revitin valmistelu käyttöön

- Ota Revit™-kuorintalaite ja muut osat laatikosta.
- Valitse haluamasi kuorintapää: Karkea – voimakkaaseen kuorintaan; Puolipehmeä – hellempään hoitoon; tai Pehmeä – lempeään viimeistelyyn. Ohjeet kuorintapään vaihtoon annetaan kohdassa 11.2.

Huomaa: on ehdottoman suositeltavaa aloittaa hoito pehmeällä kuorintapäällä!

- Työnnä virtajohto Revit™-laitteen pistukkaan.
- Työnnä virtajohdon toinen pää pistorasiaan.

Revit™ on nyt valmis käytettäväksi.

8.2 Ensimmäinen Revit™-hoitokerta

Käsiteltävien ihoalueiden on oltava kuivia ja puhtaita eikä niillä saa olla puuteria, antiperspiranttia tai deodoranttia.

1.Paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA kerran nopeasti. Laite on nyt osittaisimutilassa ja valmis käytettäväksi.
2. Pitele laitetta tukevasti KAHVAN kohdalta ja huolehdi, ettei käsi tuki ILMA-AUKKOJA.
3. Jos haluat nostaa imun voimakkuutta, paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA kerran, niin laite siirtyy osittaisimusta täysimutilaan.
4. Vie KUORINTAPÄÄ iholle ja huolehdi, että iho on levitetty tasaiseksi ja sileäksi ja että KUORINTAPÄÄ on täydessä kosketuksessa ihoon.

Ihoalueiden kattaminen

- **Kaulan alue**

  Suosittelemme, että aloitat alhaisemmalla imuvoimakkuudella ja nostat voimakkuutta muutaman käyttökerran jälkeen omien mieltymystesi ja ihoherkkyyden mukaan. Käytä tasaisia alaspäin suuntautuvia liikkeitä ja käy kaulan alue läpi



- **Otsa, posket ja leuka**

  Suosittelemme, että aloitat alhaisemmalla imuvoimakkuudella ja nostat voimakkuutta muutaman käyttökerran jälkeen omien mieltymystesi ja ihoherkkyyden mukaan. Sivele ihoa laitteella vankoin vedoin keskustasta ulospäin, hiusrajaa kohti. Jatka alaspäin kasvojen reunaa kohti

- **Silmien ja nenän alue**

  Suosittelemme, että aloitat alhaisemmalla imuvoimakkuudella ja nostat voimakkuutta muutaman käyttökerran jälkeen omien mieltymystesi ja ihoherkkyyden mukaan. Käytä kulmakarvojen alueella lyhyitä, ylöspäin suuntautuvia liikkeitä ja vältä silmäluomien herkkää ihoa. Jatka nenän alueelle, käytä suoria alaspäin suuntautuvia vetoja nenän kaarta ja poskiluun linjaa myötäillen.

9. Mitä odottaa Revit™-hoidon aikana ja sen jälkeen?

Revit™-hoidon aikana on normaalia nähdä ja kuulla:

- **Hiljaista imun aiheuttamaa ääntä –** imupumpusta lähtee hiljainen surina. Se on täysin normaalia.
- **Lievää punoitusta tai vaaleanpunaisuutta iholla –** Revit™-käyttökerran aikana tai juuri sen jälkeen on melko yleistä nähdä hyvin lievää vaaleanpunaisen sävyä iholla. Jos iho kuitenkin muuttuu hyvin punaiseksi, anna iholle 48 tunnin tauko hoidosta ja anna ihon toipua rauhassa. Jos iholla näkyy vielä 48 tunnin jälkeenkin yliherkkyyden merkkejä, lopeta Revitin käyttö välittömästi.

10. Revit™-hoidon päätteeksi

- Sammuta Revit™ hoitokerran päätteeksi painamalla KÄYNNISTYSPAINIKETTA nopeasti kerran, jos laite on täysimutilassa, tai kaksi kertaa, jos laite on osittaisimutilassa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta.
- VAIHDETTAVA SUODATIN on suositeltavaa vaihtaa uuteen aina muutaman hoitokerran välein, jotta suodatin ei tukkeudu ihohiukkasista. KUORINTAPÄÄ on myös tärkeää puhdistaa säännöllisesti.
- Puhdistuksen jälkeen on suositeltavaa varastoida Revit™-laite alkuperäisessä pakkauksessa ja pitää se etäällä vedestä.

11. Revit-laitteen huolto

11.1 Revitin puhdistus

- On suositeltavaa puhdistaa Revit™-laite ja erityisesti sen KUORINTAPÄÄ.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen Revit™-laitteen puhdistamista.
- Pyyhi Revit™-laitteen ulkopuoli kuivalla, puhtaalla liinalla.
- Puhdistamista varten KUORINTAPÄÄ on irrotettava laitteesta pitelemällä KAHVASTA ja vetämällä se varovasti ETUKUORINUPIN päältä. KUORINTAPÄÄ on nyt valmis puhdistettavaksi.
- KUORINTAPÄÄ voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä, miedolla saippualla ja pehmeällä harjalla. Kuivaa huolellisesti.
- Aseta KUORINTAPÄÄ takaisin paikalleen työntämällä KAHVAA varovasti ETUKUORINUPIN päälle, kunnes ne kohdistuvat saumattomasti.

11.2 Kärjen vaihto

Jos haluat käyttää pehmeämpää tai karkeampaa kuorintapäätä kuin tällä hetkellä käytössä oleva, voit vaihtaa sen seuraavien yksinkertaisten ohjeiden avulla:

- Irrota käytössä oleva kuorintapää pitelemällä kiinni KAHVASTA ja vetämällä se varovasti pois ETUKUORINUPIN päältä.
- Aseta valitsemasi KUORINTAPÄÄ paikalleen työntämällä KAHVAA varovasti ETUKUORINUPIN päälle, kunnes ne kohdistuvat saumattomasti.

Nyt laite on valmis käytettäväksi valitsemallasi kuorintapäällä.

11.3 Suodattimen vaihto

- Vaihda suodatin ottamalla ensin kiinni KAHVASTA ja vetämällä se varovasti pois ETUKUORINUPIN päältä. Poista ETUKUORINUPIN sisällä oleva suodatin varovasti ja hävitä se. Ota pakkauksesta uusi suodatin ja aseta ase huolellisesti NUPIN sisään.
- Aseta KUORINTAPÄÄ takaisin paikalleen työntämällä KAHVAA varovasti ETUKUORINUPIN päälle, kunnes ne kohdistuvat saumattomasti.
- Älä koskaan upota Revit™-laitetta tai mitään sen osista veteen!
- Tämä laite on hävitettävä asianmukaisesti sen elinkaaren päätyttyä. Näin laitteen hyötymateriaalit voidaan kierrättää ja välttää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.
- Vie vanhat laitteesi lähimpään elektroniikkajätteen keräyspisteeseen turvallisesti ja tehokkaasti hävitettäväksi.

12. Vianetsintä

“Revit™ ei käynnisty.”

- Varmista, että virtajohto on yhdistetty kunnolla Revit™-laitteeseen.
- Varmista, että virtajohto on yhdistetty verkkovirtaan.

“Imu on heikko.”

- Varmista, että laitteella on kunnollinen kosketus ihoon ja että hoitopintaa painetaan ihoon tasaisesti ja lujasti.
- Varmista, että TÄYSIMUTILA on valittu. Voit tarkastaa sen painamalla nopeasti KÄYNNISTYSPAINIKETTA. Jos imu tehostuu, käytössä oli aikaisemmin OSITTAISIMUTILA.
- Huolehdi, etteivät sormesi tuki ILMA-AUKKOJA. Jos järjestelmään ei pääse ilmaa, imu muuttuu hitaaksi ja tehottomaksi.
- Varmista, että VAIHDETTAVA SUODATIN on asetettu oikein ETUKUORINUPIN sisään.
- Tarkasta, että ihohiukkaset eivät ole tukkineet VAIHDETTAVAA SUODATINTA. Jos suodatin on tukossa, vaihda se uuteen kohdassa 11.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.

13. Asiakaspalvelu

Saadaksesi lisätietoja Silk'n™-tuotteista, käy paikallisella Silk'n™-internetsivustolla www.silkn.eu tai www.silkn.com.
Jos laitteesi on rikki, vahingoittunut tai se tarvitsee korjausta, tai tarvitset mitä tahansa muuta käyttäjäneuvontaa, ota yhteyttä paikalliseen Silk'n™-asiakaspalveluun:
Yhdysvaltain ja Kanadan asiakkaille: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Asiakkaille muissa maissa: info@silkn.com

14. Tekniset tiedot

Kuorintapään koko		Läpimitta 14 mm
Teknologia		Ilmatyhjiökuorintapää
Virta		12 V DC 0,2 A
Käyttö ja turvallisuus		ks. käyttöohje
Standardi		IEC 60601-2-57:2011
Riskiryhmä		Vapautettu
Pakkauskoko		Height 9 inch (23 cm), Width 9 inch (23 cm), Depth 5.2 inch (13 cm)180x180x100mm
Järjestelmän paino		110 g
Lämpötila	Toiminta	10°C–35°C
	Varastointi	-40 °C – +70 °C
Suhteellinen kosteus	Toiminta	30–75 % rH
	Varastointi	10–75 % rH
Sovitin		Malli: KSA24A1200150HU
Luokka		100–240 V; 50–60 Hz; 0,5 A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
Tryckt den: Februari 2014

Home Skinovations Ltd. förbehåller sig rätten att genomföra ändringar av produkter eller specifikationer för att förbättra deras prestanda eller tillförlitlighet, eller för att göra produkterna lättare att tillverka. All information som erhålls från Home Skinovations Ltd. antas vara korrekt och tillförlitlig vid publiceringen. Home Skinovations Ltd. kan däremot inte hållas ansvariga för hur informationen används. Inga rättigheter erhålls som resultat av informationens konsekvenser eller på annat sätt, under något patent eller andra patenträttigheter som tillhör Home Skinovations Ltd.
Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Home Skinovations Ltd.
Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.
I detta dokument nämns patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter som tillhör Home Skinovations Ltd. Framläggandet av detta dokument medför inga rättigheter till dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra immateriella tillgångar, såvida detta inte uttryckligen godkänts i ett skriftligt avtal med Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Innehållsförteckning

1. Vad är Revit™? **72**
2. Beskrivning av Revit-enheten **73**
3. Innehåll i Revit™-förpackningen **73**
4. Avsedd användning av Revit™ **74**
5. Säkerhet med Revit™ **74**
5.1 När ska jag fråga en läkare om råd innan jag använder Revit™ ? *74*
6. Säkerhetsanvisningar - så här använder du Revit™ på ett säkert sätt **75**
6.1 Undvik komplikationer efter användning av Revit™ *75*
7. Minska risken för skador **75**
8. Så här använder du Revit™ **76**
8.1 Installera Revit™ *76*
8.2 Första behandlingen med Revit™ *76*
9. Vad kan du förvänta dig vid behandling med Revit™ ? **77**
10. Efter behandling med Revit™ *78*
11. Underhåll av Revit™ **78**
11.1 Rengöra Revit™ *78*
11.2 Byta ut spetsen *78*
11.3 Byta ut filtret *79*
12. Felsökning **79**
13. Kundservice **80**
14. Specifikationer **80**
15. Beteckning **121**

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Revit™ första gången. Anvisningarna som avser procedurerna före och efter användning är extra viktiga.
Läs alla varningar och säkerhetsanvisningar före användning, och följ dem noga när du använder Revit™
Den här enheten får användas av barn över 8 år och av personer som har minskad fysisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de ges anvisningar avseende säker användning av enheten, samt förstår vilka risker som kan förekomma.

Barn får inte leka med enheten.

Barn får inte rengöra eller utföra underhåll av enheten på egen hand.

1. Vad är Revit™ ?

Revit™ är en dubbelverkande hudbehandlingsenhet för användning hemma, med kombinerad hudbehandling med filspetsar och vakuumstimulering.

Hudbehandling med filspetsar

- Varsam, icke-slipande hudavskrapningsteknik som ger en mjukare, fräschare hy

Vakuumstimulering

- Stimulerar huden och ger en mjukare hy med yngre utseende
- Förbättrar hudens färgton, struktur och elasticitet
- Motverkar uppkomst av åldersfläckar
- Motverkar uppkomst av linjer runt ögonen
- Ger huden ett mjukare utseende

2. Beskrivning av Revit™-enheten

Hudbehandlingsenheten Revit™ har 3 FILSPETSAR (A) som sitter i ett GUMMIHANDTAG (B) och ett UTBYTBART FILTER (C), innanför den FRÄMRE SKYDDSKONEN (D), VENTILER (E) på det FRÄMRE SKYDDET (F) och en PÅ-KNAPP (G) som också reglerar vakuumkraften på det BAKRE SKYDDET (H). Sladden från nätadaptern ansluts till enhetens undersida





3. Förpackningens innehåll

När du öppnar förpackningen med Revit™ hittar du följande delar:

- Revit™ hudbehandlingsenhet
- Två ytterligare filspetsar för olika användningar
- En förpackning med reservfilter
- Nätadapter med sladd
- Den här bruksanvisningen

Avsedd användning av Revit™

Revit-enheten kan köpas i butik och är avsedd att användas för borttagning av de översta hudlagren för att få en hy med fräschare utseende. Revit™ stimulerar också huden och bidrar till förbättrad kollagenproduktion för att motverka fina linjer och rynkor.

4. Avsedd användning av Revit

Revit™ kan köpas i butik och är avsedd att användas för borttagning av de översta hudlagren för att få en hy med fräschare utseende. Enheten är avsedd för behandling av:

- Åldrande hud på kropp, ansikte, hals och nacke
- Fina ansiktslinjer
- Linjer runt ögonen
- Missfärgning av huden
- Mörka fläckar och ärr
- Matt och solskadad hud



5. Säkerhet med Revit

5.1 När ska jag fråga en läkare om råd innan jag använder Revit™ ?

Vid vissa hälsotillstånd kan Revit™ eventuellt inte användas tillfälligt, eller så måste läkare rådfrågas innan användning. Kontrollera om något av följande stämmer in på dig:

- Skada eller sår som inte har undersökts av läkare
- Herpesutslag som uppkommit nyligen
- Vårtor
- Solbränna
- Aktiv rosacea
- Instabil diabetes mellitus
- Immunsjukdomar
- Hudcancer
- Vaskulära lesioner
- Användning av orala blodförtunningsmedel (antikoagulanter)

6. Säkerhetsanvisningar - så här använder du Revit™ på ett säkert sätt

Det rekommenderas att du påbörjar behandlingen på ett litet hudområde, med den finaste spetsen inställd på partiellt sugläge. Om ingen negativ reaktion uppstår kan du påbörja behandlingen på övriga hudområden, men fortfarande med den finaste spetsen inställd på partiellt sugläge. Om det inte syns några negativa tecken kan du börja behandla huden med någon av de andra spetsarna på högsta sugläget.

6.1 Undvik komplikationer efter användning av Revit™ !

- Försök att inte utsätta nyligen behandlade hudområden för direkt solljus !
- Om nyligen behandlad hud kommer att utsättas för solljus måste den skyddas genom att applicera solkräm med skyddsfaktor 30 eller högre.
- Se till att huden är ren och torr innan du använder Revit™.
- Använd inte Revit™ på bröstvårtor eller könsorgan (manliga eller kvinnliga).
- Använd inte Revit™ för annat än hudbehandling.
- Se till att barn inte har tillgång till enheten. Behandla inte barn med Revit™ och låt inte barn använda enheten.

7. Minska risken för skador

Som med alla elektriska enheter måste vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera säker användning av Revit™. Revit™ är en elektrisk enhet. Den ska därför alltid hållas borta från vatten och aldrig användas om den är fuktig eller blöt.

Försök inte ta upp Revit™ om du tappat den i vatten. Koppla ur den direkt !

Försök inte öppna eller reparera Revit™-enheten !

Om Revit™-enheten skulle skadas i samband med att du försöker öppna den upphör garantin att gälla. Ta endast isär enheten vid byte av filter ! (se avsnitt 11.3 för anvisningar om hur du byter filtret).

- Revit™ ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad i ett eluttag.
- Använd inte Revit™ om elsladden eller -kontakten är skadad, och håll elsladden borta från heta ytor.
- Använd inte Revit™ om du upptäcker rök eller känner röklukt under användning.
- Använd inte Revit™ om en eller flera ventiler i handtaget är igensatta.
- Använd inte Revit™ om någon av delarna har spruckit, är trasig eller är på väg att lossna.
- Koppla ifrån Revit™ före rengöring.
- Använd inte Revit™ med något tillbehör eller tillsats som inte rekommenderas av Home Skinovations Ltd.
- Revit™ får endast användas med den medföljande nätadaptern.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i Revit™-enheten !

8. Så här använder du Revit™

8.1 Installera Revit™

- Ta ut Revit™ hudbehandlingsenhet och övriga delar ur förpackningen.
- Välj önskad filspets: Grov - för borttagning av mycket hudmaterial, Medel - för normal, varsam behandling, eller Fin - för mycket varsam avslutande behandling. Mer information om hur du byter ut spetsarna finns i avsnitt 11.2

OBS ! Det rekommenderas starkt att inleda behandlingen med den finkorniga spetsen !

- Koppla in elsladden i Revit™-enhetens uttag.
- Koppla in andra änden av elsladden i eluttaget.

Revit™ är nu klar att användas.

8.2 Första behandlingen med Revit™

Huden bör vara ren, torr och fri från puder, antiperspirant eller deodorant.

1. Tryck ner och släpp upp PÅ-KNAPPEN en gång. Enheten är nu i partiellt sugläge och är klar att användas.
2. Håll enheten stadigt i handtaget. Se till att händerna inte blockerar VENTILERNA.
3. Om du vill öka sugkraften trycker du en gång på PÅ-KNAPPEN för att öka nivån från partiellt till högsta sugläge.
4. Sätt FILSPETSEN mot huden. Se till att huden är jämn och mjuk i behandlingsområdet och att SPETSEN ligger an helt mot huden.

Täcka hudområden

- **Hals och nacke**

  Vi rekommenderar att du börjar med det lägsta sugläget och ökar kraften efter några gånger, under förutsättning att du inte känner obehag och beroende på hur känslig din hud är. Bearbeta hals och nacke genom att dra nedåt med mjuka rörelser



- **Panna, kinder och haka**

  Vi rekommenderar att du börjar med det lägsta sugläget och ökar kraften efter några gånger, under förutsättning att du inte känner obehag och beroende på hur känslig din hud är. Dra från mitten och utåt mot hårlinjen. Fortsätt nedåt mot yttre delen av ansiktsområdet

- **Ögon och näsa**

  Vi rekommenderar att du börjar med det lägsta sugläget och ökar kraften efter några gånger, under förutsättning att du inte känner obehag och beroende på hur känslig din hud är. I området runt ögonbrynen drar du uppåt med korta rörelser. Undvik noga de känsliga ögonlocken. Fortsätt till näsområdet. Dra rakt nedåt och följ näsans och käkens profil.

9. Vad kan du förvänta dig vid behandling med Revit™?

Under behandlingen med Revit™ är det normalt att uppleva och känna:

- **Ett dämpat sugljud -** sugpumpen avger ett lågt brummande ljud. Det här är normalt.
- **Områden med svagt röd eller rosa färg –** under och direkt efter behandling med Revit™ är det inte ovanligt att se en mycket svag hudrodnad. Om en kraftig rodnad uppstår ska du inte behandla huden mer under 48 timmar, så att den hinner återhämta sig ordentligt. Om huden fortsätter att vara överkänslig efter 48 timmar ska du sluta använda Revit™ direkt.

10. Efter behandling med Revit™

- Efter en behandling med Revit™ slår du av enheten genom att trycka en gång på PÅ-KNAPPEN om högsta sugläget är valt, eller två snabba tryck om partiellt sugläge är valt.
- Koppla ur strömsladden från vägguttaget.
- Det rekommenderas att du kontrollerar att det UTBYTBARA FILTRET inte är igensatt efter ett antal behandlingar. FILSPETSEN måste också rengöras regelbundet.
- Det rekommenderas att Revit™-enheten förvaras i originalförpackningen och att den inte kommer i kontakt med vatten

11. Underhåll av Revit

11.1 Rengöra Revit™

- Det rekommenderas att du rengör Revit™-enheten, och speciellt FILSPETSEN.
- Koppla ifrån Revit™ före rengöring.
- Använd en ren, torr duk och torka försiktigt av Revit™-enhetens ytterhölje.
- För att rengöra inne i SPETSEN tar du loss den från enheten genom att hålla i HANDTAGET och försiktigt lossa det från FRAMSIDANS SKYDDSKON. SPETSEN är nu klar för rengöring.
- FILSPETSEN kan rengöras med en borste och varmt vatten med mild tvål. Torka ordentligt.
- Sätt tillbaka SPETSEN genom att försiktigt trycka tillbaka HANDTAGET på FRAMSIDANS SKYDDSKON.

11.2 Byta ut spetsen

Om du vill behandla huden med en finare eller grövre spets kan du byta ut spetsen så här:

- Ta loss den befintliga spetsen från enheten genom att hålla i HANDTAGET och försiktigt lossa den från FRAMSIDANS SKYDDSKON.
- Sätt dit önskad SPETS genom att försiktigt trycka tillbaka HANDTAGET på FRAMSIDANS SKYDDSKON.

Enheten kan nu användas med den nya spetsen

11.3 Byta ut filtret

- Byt ut filtret genom att hålla i HANDTAGET och försiktigt ta loss det från FRAMSIDANS SKYDDSKON. Ta bort filtret försiktigt från dess plats innanför FRAMSIDANS SKYDDSKON och kasta bort det. Ta ett nytt filter från förpackningen och sätt det försiktigt på plats i KONEN.
- Sätt tillbaka SPETSEN genom att försiktigt trycka tillbaka HANDTAGET på FRAMSIDANS SKYDDSKON.
- Revit™-enheten och dess delar får aldrig doppas i vatten !
- Kassering av enheten ska göras på rätt sätt. På så vis kan enhetens värdefulla material återvinnas och miljön skyddas.
- För säker och effektiv kassering ska den gamla utrustning lämnas in på närmaste återvinningscentral för elektroniskt avfall.

12. Felsökning

“Min Revit™ startar inte”.

- Kontrollera att elsladden är rätt ansluten till Revit™-enheten.
- Kontrollera att elsladden är inkopplad i vägguttaget.

“Sugkraften är dålig”

- Se till att kontakten mot huden är god och att filspetsen trycks ordentligt mot det hudområde som behandlas.
- Kontrollera att enheten är inställd på det HÖGSTA SUGLÄGET. Se till att det högsta läget är valt genom att trycka kort på PÅ-KNAPPEN. Om sugkraften ökar har PARTIELLT SUGLÄGE varit inställt.
- Se till att inga fingrar blockerar VENTILERNA. Om luft inte kommer in i systemet försvagas sugkraften.
- Kontrollera att det UTBYTBARA FILTRET sitter rätt inne i FRAMSIDANS SKYDDSKON.
- Se till att det UTBYTBARA FILTRET inte är igensatt. Byt i så fall ut filtret mot ett nytt, enligt anvisningarna i avsnitt 11.3

13. Kundservice

För mer information om Silk'n™-produkter, besök din lokala Silk'n™ webbplats, www.silkn.eu eller www.silkn.com.
Kontakta din lokala Silk'n™ kundtjänst om enheten är trasig, skadad, behöver repareras eller för annan hjälp:
Kunder i USA och Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Kunder i andra länder: info@silkn.com

14. Specifikationer

Spetsstorlek		Diameter 14 mm
Teknik		Vakuumtryck, filspets
Effekt		12 V DC 0,2 A
Användning och säkerhet		se anvisningarna i instruktionsboken
Klassificerad standard		IEC 60601-2-57:2011
Riskgrupp		Undantagen
Förpackningens storlek		Höjd 9 tum, Bredd 9 tum, Djup 5,2 tum180x180x100 mm
Systemets vikt		110 gr.
Temperatur	Användning	10 °C till 35 °C
	Förvaring	-40 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet	Användning	30 till 75 % relativ luftfuktighet
	Förvaring	10 till 90 % relativ luftfuktighet
Adapter		Modell: KSA24A1200150HU
Klassad		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Udskriftsdato: Februar 2014

Home Skinovations Ltd. forbeholder sig rettighederne til at foretage ændringer til deres produkter eller specifikationer for at øge ydeevnen, troværdigheden eller produktionsevnen. Informationen, som er tilvejebragt af Home Skinovations Ltd., anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd. er ikke ansvarlig hvad angår brugen. Der er ikke givet licens eller lignende under nogen patent eller patentrettigheder for Home Skinovations Ltd. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd.
Data kan ændres uden varsel.
Home Skinovations Ltd. er indehavere af patenter og patentansøgninger, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendomsret som dækker genstanden i dette dokument. Tilvejebringelsen af dette dokument giver dig ikke nogen licens til disse patenter, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle rettigheder, undtagen hvis det er udtrykkeligt anført i en skriftlig erklæring fra Home Skinovations Ltd.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er Revit? ... *82*
2. Revit™ apparatbeskrivelse ... *83*
3. Revit™ æskens indhold ... *83*
4. Revit™ anvendelsesformål ... *84*
5. Sikkerhed i forbindelse med Revit™ ... *84*
5.1 Hvornår skal du kontakte din egen læge før du begynder at anvende Revit™? ... *84*
6. Forholdsregler - hvordan Revit™ anvendes forsvarligt ... *85*
6.1 Undgå komplikationer efter anvendelse af Revit™ ... *85*
7. At nedsætte risikoen for skade ... *85*
8. Hvordan Revit™ anvendes ... *86*
8.1 Opstart af Revit™ ... *86*
8.2 Behandling med Revit™ den første gang ... *86*
9. Hvad du kan forvente, når du anvender Revit™ ... *87*
10. Efter behandlingen med Revit™ ... *88*
11. Revit™ vedligeholdelse ... *88*
11.1 Rengøring af Revit™ ... *88*
11.2 Udskiftning af spidsen ... *88*
11.3 Udskiftning af filteret ... *89*
12. Problemløsning ... *89*
13. Kundeservice ... *90*
14. Specifikationer ... *90*
15. Mærkning ... *121*

Før brug af Silk'n Revit™ første gang bedes du læse hele denne vejledning igennem. Læg specielt mærke til procedurer for anvendelsen og betjeningen af apparatet, inklusiv procedurerne efter anvendelse.
Læs venligst alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger igennem før brug og overhold dem nøje når du anvender Silk'n Revit™
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsat fysisk, følelsesmæssig eller mental evne eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i anvendelsen af apparatet på en sådan måde, at de forstår de risici, der kan være forbundet med anvendelsen.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

1. Hvad er Revit™?

Revit™ er et terapeutisk apparat med dobbeltfunktion, hvor dermabrasion spids-eksfoliering og vakuum-stimulation kombineres, designet til hjemmebrug.

Dermabrasion spids-eksfoliering

- Blid, ikke-slibende eksfoliering for at opnå en glattere og friskere hud

Vakuum stimulering

- Hjælper med at stimulere huden til at blive glattere og til at opnå en hud med et mere ungdommeligt udseende
- Hjælper med at forbedre hudfarven, hudteksturen og elasticiteten
- Afhjælper synligheden af aldersplet ter
- Afhjælper synligheden af fine linjer omkring øjnene
- Glattere hud

2. Revit™ apparatbeskrivelse

Revit™ dermabrasion apparatet har 3 SLIBESPIDSER (A) som sidder på et GUMMIBESAT GREB (B) med et FILTER SOM KAN UDSKIFTES (C), installeret på det den ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL (D), LUFTVENTILER (E) som sidder på FORSIDEN (F) og en STARTKNAP (G) som samtidig styrer sugeintensiteten, findes på BAGSIDEN (H). AC-adapterledningen forbindes til apparatets bund





3. Æskens indhold

Silk'n Revit™ æsken indeholder følgende dele:

- Revit™ dermabrasion apparat
- To ekstra filespidser til varieret brug
- En pakke filter-refills
- AC-adapterledning
- Denne brugermanual

Revit™ anvendelsesformål

Revit™ apparatet er et ikke-receptpligtigt udstyr beregnet til eksfoliering af de øverste hudlag som bevirker, at huden virker friskere. Revit™ er også udviklet til at stimulere huden og øge dannelsen af kollagen for at mindske synligheden af små fine linjer og rynker.

4. Anvendelse af Revit

Revit™ apparatet er et ikke-receptpligtigt udstyr beregnet til eksfoliering af de øverste hudlag som bevirker, at huden virker friskere. Det er beregnet til behandling af:

- Aldrende hud i ansigtet og på halsen
- Fine ansigtslinjer
- Linjer omkring øjnene
- Misfarvninger i huden
- Mørke pletter og ar
- Trist og solskadet hud



5. Sikkerhed i forbindelse med Revit

5.1 Hvornår skal du kontakte din egen læge, før du anvender Revit™?

Nogle tilstande kan forhindre midlertidig anvendelse af Revit™, eller kan kræve lægebesøg. Check venligst om noget af det følgende gælder for dig:

- Ikke-diagnosticerede læsioner
- Nyligt herpesudbrud
- Vorter
- Solskoldning
- Aktiv rosacea
- Ustabil diabetes mellitus
- Autoimmune sygdomme
- Hudcancer
- Karlæsioner
- Anvendelse af oral, blodfortyndende medicin (anti-koagulanter)

6. Forholdsregler - hvordan Revit™ anvendes sikkert

Det anbefales, at du starter behandlingen ved at bruge den tyndeste spids med indstillingen 'delvist sug' på et afgrænset hudområde. Hvis du ikke får en uønsket hudreaktion, kan du begynde behandlingen af hele hudområder, medens du beholder den fineste spids med indstillingen 'delvist sug'. Hvis din hud ikke udviser nogen uønsket reaktion, kan du begynde at behandle den med alle andre spidser og med indstillingen 'fuldt sug'.

6.1. Undgå komplikationer efter brug af Revit™!

- Du skal undgå at udsætte nyligt behandlede hudområder for direkte sollys!
- Vær grundig med at tilføre huden solfaktor SPF 30 eller en højere faktor for at beskytte nybehandlet hud.
- Sørg for at huden er ren og tør før du anvender Revit™.
- Anvend ikke Revit™ på brystvorter og kønsdele (mand eller kvinde).
- Anvend ikke Revit™ til andre formål end hudeksfoliering.
- Hold dette apparat udenfor børns rækkevidde. Anvend ikke Revit™ til børn og tillad ikke at børn anvender apparatet.

7. Minimering af risiko for skade

Der skal tages visse forholdsregler, som for ethvert elektrisk apparat, for at sikre din sikkerhed, når du anvender Revit™. Revit™ er et elektrisk apparat. Det skal altid holdes væk fra vand, og det må ikke anvendes, hvis det er fugtigt eller vådt.

Grib ikke efter Revit™ hvis det er faldet ned i vand. Tag det omgående ud af stikkontakten!

Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Silk'n Revit™ apparat!

Forsøg på at åbne Silk'n Revit™ kan også beskadige apparatet og gøre garantien ugyldig. Skil kun apparatet ad, når du skal skifte filter! (for instruktioner om udskiftning af filter, gå til afsnit 11.3)

- Revit™ bør aldrig efterlades uden opsyn, når det er forbundet til en stikkontakt.
- Anvend ikke Revit™ hvis ledningen eller stikket er beskadiget, og hold den strømførende ledning væk fra opvarmede overflader.
- Anvend ikke Revit™ hvis du ser eller lugter røg, når den er i brug.
- Anvend ikke Revit™ hvis en eller alle ventilatorer i GREBET er blokeret.
- Anvend ikke Revit™ hvis en af delene er gået i stykker, brækket eller er ved at løsrive sig.
- Tag Revit™ ud af stikkontakten inden rengøring.
- Anvend ikke Revit™ sammen med andre dele eller andet tilbehør som ikke er anbefalet af Home Skinovations Ltd.
- Revit™ må kun betjenes med dens tilhørende adapter
- Indsæt ikke fremmedlegemer i Revit™ apparatet!

8. Hvordan man anvender Revit™

8.1 Opstart af Revit™

- Tag Revit™ eksfolieringsapparatet og de andre dele ud af æsken.
- Vælg den filespids, du vil anvende: Grov - til kraftig eksfoliering, Medium - til blidere eksfoliering, eller Fin for en lækker finish. For yderligere instruktioner i udskiftningen af SPIDSEN, gå venligst til afsnit 11.2

Bemærk: Det anbefales på det kraftigste at starte behandlingen med at anvende den finkornede spids!

- Sæt strømforsyningen ind i Revit™ -apparatets kontakt.
- Sæt den anden ende af strømforsyningen ind i stikkontakten.

Din Revit™ er nu klar til brug.

8.2 Behandling med Revit™ for første gang

Huden bør være ren, tør og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant.

1. Tryk på STARTKNAPPEN med et kort tryk. Apparatet er nu i indstillingen 'delvist sug' og er klar til brug.
2. Hold apparatet fast i GRIBE-området og sørg for, at dine hænder ikke blokerer for LUFTVENTILATORERNE.
3. Hvis du ønske at øge sugeintensiteten, trykkes der én gang på STARTKNAPPEN for at øge niveauet fra delvist til højeste sug.
4. Tryk FILESPIDSEN mod huden, medens du sørger for at huden er spændt jævnt og glat ud og at SPIDSEN er i ordentlig kontakt med huden.

Dækning af hudområder

- **Halsområdet**

  Vi anbefaler, at du starter i indstillingen 'lavt sug' og herefter øger sugeintensiteten efter få anvendelser, alt afhængigt af din tilpashedsfølelse og din huds følsomhed. Arbejd halsområdet igennem ved at anvende glatte, nedadgående bevægelser



- **Forreste del af hovedet, kinder og kæbe**

  Vi anbefaler, at du starter i indstillingen 'lavt sug' og herefter øger sugeintensiteten efter få anvendelser, alt afhængigt af din tilpashedsfølelse og din huds følsomhed. Foretag en bevægelse fra centrum og udad, op mod hårgrænsen. Fortsæt nedad mod ansigtskanten

- **Øjen- og næseområdet**

  Vi anbefaler, at du starter i indstillingen 'lavt sug' og herefter øger sugeintensiteten efter få anvendelser, alt afhængigt af din tilpashedsfølelse og din huds følsomhed. Anvend korte opadgående bevægelser i øjenbrynsområdet medens det følsomme øjenlågsområde undgås. Fortsæt til næseområdet, medens du foretager lige, nedadrettede bevægelser og følger næsens kurve og kindbenets kant.

9. Hvad kan du forvente af behandlingen med Revit™?

Under Revit™-behandlingen er det normalt at opleve og føle:

- **En blød sugelyd -** sugepumpen udsender en lav, brummende lyd. Dette er normalt.
- **En smule rød eller lyserød farve -** under og efter behandlingen med Silk'n Revit™ er det ikke ualmindeligt at se en smule lyserød farvning af huden. Hvis du imidlertid oplever, at din hud bliver meget rød, skal du lade huden hvile i 48 timer så den kan normaliseres på en behagelig måde. Hvis huden bliver ved med at udvise tegn på overfølsomhed efter 48 timer, skal du øjeblikkeligt stoppe med at anvende Revit.

10. Efter behandlingen med Revit™

- Når en Revit™-behandlingen er gjort færdig, slukkes Revit™ ved at give STARTKNAPPEN et kort tryk hvis indstillingen er 'fuldt sug' eller to hurtige tryk, hvis du foretager behandlingen med indstillingen 'delvist sug'
- Træk ledningen ud af stikkontakten.
- Det anbefales, at du gennemgår det UDSKIFTELIGE FILTER efter hver behandling for at undgå blokering. Det er også vigtigt, at du renser FILESPIDSEN med jævne mellemrum.
- Efter rengøring anbefales det at opbevare Silk'n Revit™ i originalemballagen og at undgå kontakt med vand.

11. Revit™ vedligeholdelse

11.1 Rengøring af Revit™

- Det anbefales, at du rengør dit Revit™-apparat, specielt FILESPIDSEN.
- Tag Revit™ ud af stikkontakten inden rengøring.
- Anvend en tør, ren klud under rengøringen af den ydre del af Revit™-apparatet.
- Ved rengøring af SPIDSENS inderside, adskilles spidsen fra apparatet ved at holde på GREBET og forsigtigt løsne den fra DEN ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL. SPIDSEN er nu klar til at blive renset.
- FILESPIDSEN kan rengøres med varmt vand og en mild sæbeopløsning, ved anvendelse af en blød børste. Tør grundigt.
- Sæt SPIDSEN tilbage på plads ved at skubbe GREBET forsigtigt ind i DEN ØVERSTE DEL, indtil delene er helt på plads.

11.2 Udskiftning af spidsen

Hvis du ønsker at behandle din hud med en finere eller en grovere spids end den du netop anvender, kan du udskifte den ved at følge disse simple instruktioner:

- Tag den siddende spids af apparatet ved at holde på GREBET og samtidig forsigtigt løsne den fra DEN ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL.
- Sæt den valgte SPIDS på ved at skubbe dets GREB forsigtigt ind i ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL indtil de sidder på plads.

Nu er du klar til at bruge apparatet med den spids, du har valgt.

11.3 Udskiftning af filteret

- Hold GREBET grundigt fast medens du løsner filteret fra DEN ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL. Fjern forsigtigt filteret fra dets plads indeni DEN ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL og kassér det. Tag et nyt ud af æsken og placér det omhyggeligt på KEGLEN.
- Sæt SPIDSEN tilbage på plads ved at skubbe GREBET forsigtigt ind i DEN ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL, indtil delene er helt på plads.
- Silk'n Revit™ eller dele af den må aldrig komme i kontakt med vand!
- Når apparaturet ikke virker mere, skal det kasseres på behørig vis. På denne måde kan apparatets værdifulde materiale genbruges, og det vil ikke være til belastning for miljøet.
- Aflever dit gamle udstyr til den nærmeste containerplads med elektronikaffald for sikker og effektiv bortskaffelse.

12. Problemløsning

"Min Revit™ vil ikke starte."

- Kontroller om strømkablet er koblet ordentligt til Revit™-apparatet.
- Kontroller om strømkablet er koblet til stikkontakten på væggen.

"Sugeeffekten er svag"

- Sørg for at du har god kontakt med huden og at behandlingsfladen er i jævn og tæt kontakt med huden.
- Sørg for at anvende indstillingen KOMPLET SUG. For at kontrollere dette skal du give STARTKNAPPEN et hurtigt tryk. Hvis sugeevnen øges, har du arbejdet med indstillingen DELVIST SUG.
- Sørg for at dine fingre ikke blokerer for LUFTVENTILATORERNE. Hvis der ikke tilføres luft til systemet, vil suget blive langsomt og ineffektivt.
- Sørg for at det UDSKIFTELIGE FILTER sidder korrekt indeni den ØVERSTE KEGLEFORMEDE DEL.
- Sørg for at det UDSKIFTELIGE FILTER ikke er tilstoppet pga. hudpartikler. Hvis det er tilfældet, skal filteret udskiftes med et nyt, som det er anvist i afsnit 11.3

13. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n™-produkter bedes du gå til den lokale Silk'n™-hjemmeside: www.silkn.eu eller www.silkn.com.
Hvis apparatet er i stykker, beskadiget, trænger til reparation eller anden bruger assistance bedes du kontakte den lokale Silk'n™kundeservice:
Kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
For kunder i andre lande: info@silkn.com

14. Specifikationer

Spidsstørrelse, hoved		Diameter 14 mm
Teknologi		Filehoved, luftvakuum
Strøm		12 V DC 0,2 A
Drift og sikkerhed		se vejledende instruktioner
Klassificeret standard		IEC 60601-2-57:2011
Risikogruppe		Undtagelser
Æskestørrelse		Højde 9 inch, bredde 9 inch, dybde 5,2 inch180x180x100mm
Systemvægt		110 gr.
Temperatur	I drift	10°C til 35°C
	Opbevaring	-40 til +70°C
Relativ fugtighed	I drift	30 til 90 % RH
	Opbevaring	10 til 90 % RH
Adapter		Model: KSA24A1200150HU
Nominel		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

Home Skinovations Ltd., © 2013 г. Все права защищены.
Дата печати: февраль 2014 г.

Компания Home Skinovations Ltd сохраняет за собой право вносить изменения в состав продукции или ее характеристики с целью повышения эффективности и надежности, а также усовершенствования процесса производства. Информация, представленная компанией Home Skinovations Ltd., считается точной и достоверной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не берет на себя никакой ответственности за ее использование. Эта информация не подразумевает никоим образом предоставления лицензии по какому-либо патенту или патентным правам от компании Home Skinovations Ltd. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения Home Skinovations Ltd.
Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd. имеет патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения, товарные знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, охватывающие объект данного документа. Представление этого документа не дает никаких лицензий на такие патенты, товарные знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, если иное в письменной форме не оговорено компанией Home Skinovations Ltd.
Характеристики могут изменяться без предупреждения. Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL (ИЗРАИЛЬ) info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Содержание

1. Что представляет собой Revit? 92
2. Описание устройства Revit™ 93
3. Комплектация устройства Revit™ 93
4. Показания к применению устройства Revit™ 94
5. Безопасное применение устройства Revit™ 94
5.1 Когда нужно консультироваться с личным врачом перед применением устройства Revit™? *94*
6. Меры предосторожности — правила безопасного применения устройства Revit™ 95
6.1 Профилактика осложнений после применения устройства Revit™ *95*
7. Меры по профилактике повреждений 95
8. Правила применения устройства Revit™ 96
8.1 Подготовка к работе устройства Revit™ *96*
8.2 Первый сеанс лечения устройством Revit™ *97*
9. Ожидаемые эффекты лечения устройством Revit™ 98
10. После лечения устройством Revit™ 98
11. Техническое обслуживание устройства Revit™ 98
11.1 Чистка устройства Revit™ *98*
11.2 Замена наконечника *99*
11.3 Замена фильтра *99*
12. Поиск и устранение неисправностей 99
13. Служба поддержки клиентов 100
14. Технические характеристики 100
15. Маркировка 121

Перед первым использованием устройства Revit™ полностью прочтите Руководство пользователя. Обратите особое внимание на порядок использования устройства, его работу и действия после использования.
Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и строго следуйте им при использовании устройства Revit™.
Данное устройство может применяться детьми старше 8 лет, а также лицами со сниженными физическими или умственными способностями, функциональными нарушениями органов чувств, а также с недостатком знаний и опыта, при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы по вопросам безопасного применения устройства, а также осознают существующие риски.

Запрещается давать устройство маленьким детям.

В случае попадания устройства в руки детей, не находящихся под наблюдением, возможны последующие проблемы с чисткой и техническим обслуживанием.

1. Что представляет собой Revit™?

Revit™ представляет собой терапевтическое устройство двойного действия, сочетающее в себе отслаивание кожи методом дермабразии и вакуумную стимуляцию, которое предназначено для домашнего применения.

Отслаивание кожи методом дермабразии

- Это — мягкое, неабразивное отслаивание кожи для придания ей гладкости и свежести.

Вакуумная стимуляция

- Стимуляция способствует гладкости кожи, благодаря чему она выглядит моложе.
- Помогает повысить тонус и эластичность кожи, улучшить ее текстуру.
- Снижает вероятность появления возрастных пятен.
- Снижает вероятность появления морщин вокруг глаз.
- Кожа выглядит более гладкой.

2. Описание устройства Revit™

Устройство для дермабразии Revit™ оснащено ТРЕМЯ ШЛИФУЮЩИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ (A), подключенными к РУКОЯТКЕ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (B) и СМЕННЫМ ФИЛЬТРОМ (C), который установлен на КОНУСЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ (D), а также ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ (E), расположенными на ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКЕ (F), и КНОПКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ (G), которая также служит регулятором интенсивности всасывания — она расположена на ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ (H). Блок питания переменного тока подключается к нижней поверхности устройства.





3. Комплектация устройства

Упаковка устройства Revit™ содержит следующее:

- устройство для дермабразии Revit™;
- два дополнительных шлифующих наконечника для различных целей;
- комплект для наполнения фильтра;
- блок питания переменного тока со шнуром;
- данное «Руководство пользователя».

Показания к применению устройства Revit™

Устройство Revit™ — это безрецептурное устройство, предназначенное для отслаивания верхних слоев кожи, для придания ей свежести. Также устройство Revit™ предназначено для стимуляции кожи и повышения выработки коллагена, чтобы снизить вероятность появления крупных и мелких морщин.

4. Показания к применению устройства Revit

Устройство Revit™ — это безрецептурное устройство, предназначенное для отслаивания верхних слоев кожи, для придания ей свежести. Оно предназначено для лечения:

- возрастных пятен на теле, лице и шее;
- мелких морщин на лице;
- морщин вокруг глаз;
- депигментации кожи;
- темных пятен и рубцов;
- дряблости кожи и солнечных ожогов.



5. Безопасное применение устройства Revit

5.1 Когда нужно консультироваться с личным врачом перед применением устройства Revit™?

Некоторые состояния могут временно препятствовать применению устройства Revit™ или же могут требовать медицинской консультации. Проверьте, нет ли у вас в настоящее время любого из следующих состояний:

- поражения с неизвестным диагнозом;
- недавнее возникновение герпеса;
- бородавки;
- солнечный ожог;
- розовые угри в активной фазе;
- сахарный диабет с нестабильным течением;
- аутоиммунные заболевания;
- злокачественная опухоль (рак) кожи;
- поражение сосудов;
- прием препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов).

6. Меры предосторожности — правила безопасного применения устройства Revit™

Рекомендуется начинать лечение на маленьком участке кожи с помощью самого тонкого наконечника в режиме частичного всасывания. Если не возникнет нежелательных реакций, то можно начинать лечение на всём необходимом участке кожи, но всё равно с помощью самого тонкого наконечника и в режиме частичного всасывания. Если на коже не возникнет никаких нежелательных проявлений, то можно начинать лечение с помощью и других наконечников и в режиме полного всасывания.

6.1 Профилактика осложнений после применения устройства Revit™

- Старайтесь не подвергать недавно пролеченные участки кожи воздействию прямых солнечных лучей!
- Для защиты недавно пролеченных участков кожи от воздействия прямых солнечных лучей следует тщательно наносить солнцезащитный крем с фактором 30 и выше.
- Перед применением устройства Revit™ убедитесь в том, что кожа сухая и чистая.
- Не следует использовать устройство Revit™ в области сосков и гениталий (мужских и женских).
- Не следует использовать устройство Revit™ для целей иных, чем отслаивание кожи.
- Храните данное устройство в недоступном для детей месте. Не следует использовать устройство Revit™ у детей или позволять детям его использовать.

7. Меры по профилактике повреждений

Как и в случае применения любого электроприбора, применение устройства Revit™ требует соблюдения определенных мер предосторожности в целях безопасности.
Устройство Revit™ — это электрический прибор. В связи с этим его необходимо беречь от воды, а также запрещается его применение в случае попадания воды или влаги.

Не следует прикасаться к устройству Revit™, если оно упало в воду. Немедленно отключите его от электропитания!

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить устройство Revit™

Попытка вскрыть устройство Revit™ также может повредить его и аннулирует гарантию. Разборка устройства допустима только для замены фильтра! (Инструкции по замене фильтра см. в разделе 11.3.)

- Запрещается оставлять включенное в розетку устройство Revit™ без присмотра!
- Не следует применять устройство Revit™ в случае повреждения шнура или электрической вилки. Не допускайте контакта электрического шнура с нагретыми поверхностями.
- Следует прекратить применение устройства Revit™ в случае появления дыма или запаха дыма.
- Не следует применять устройство Revit™, если закрыты все или хотя бы некоторые вентиляционные отверстия на его РУКОЯТКЕ.
- Не следует применять устройство Revit™, если любая его часть имеет трещины, сломана или отвалилась.
- Перед чисткой следует отключить устройство Revit™ от электропитания.
- Не следует применять устройство Revit™ с комплектующими или аксессуарами, не рекомендованными компанией Home Skinovations Ltd.
- Устройство Revit™ необходимо включать только с помощью его специального блока питания.
- Не следует вставлять посторонние предметы в устройство Revit™!

8. Правила применения устройства Revit™

8.1 Подготовка к работе устройства Revit™

- Выньте устройство для отслаивания кожи Revit™ и другие компоненты из упаковки.
- Выберите необходимый шлифующий наконечник: грубый — для мощного отслаивания, средний — для более мягкого лечения, или тонкий — для деликатного завершения процедуры. Дополнительные инструкции по замене наконечника см. в разделе 11.2.

Примечание. Настоятельно рекомендуется начинать лечение с помощью мелкозернистого наконечника!

- Вставьте шнур питания в гнездо устройства Revit™.
- Вставьте другой конец шнура питания в электрическую розетку.

Теперь устройство Revit™ готово к работе.

8.2 Первый сеанс лечения устройством Revit™

Кожа должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть следов пудры, антиперспирантов и дезодорантов.

1. Сделайте одно короткое нажатие на КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ. Устройство переходит в режим частичного всасывания и готово к работе.
2. Прочно удерживайте устройство в области РУКОЯТКИ, убедившись, что рука не закрывает ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ.
3. Если необходимо увеличить интенсивность всасывания, нажмите однократно на КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ, чтобы переключиться с режима частичного всасывания в режим полного всасывания.
4. Приложите ШЛИФУЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК к ровному и гладкому участку кожи, убедившись, что НАКОНЕЧНИК находится в полном контакте с кожей.

Обработка различных участков кожи

- **Область шеи**

  Мы рекомендуем начинать с низкой интенсивности всасывания и увеличивать ее после нескольких сеансов, в зависимости от степени комфорта и чувствительности кожи. Обработайте область шеи с помощью плавных движений сверху вниз.

- **Лоб, подбородок и щёки**

  Мы рекомендуем начинать с низкой интенсивности всасывания и увеличивать ее после нескольких сеансов, в зависимости от степени комфорта и чувствительности кожи. Делайте резкие движения от центра кнаружи, по направлению к линии роста волос. Продолжайте их ниже, по направлению к границе лица и шеи.

- **Область глаз и носа**

  Мы рекомендуем начинать с низкой интенсивности всасывания и увеличивать ее после нескольких сеансов, в зависимости от степени комфорта и чувствительности кожи. В области бровей делайте короткие движения кверху, избегая чувствительной области век. Продолжайте в области носа, делая вертикальные движения вниз по линии носовой перегородки, а также движения по линии скулы.

9. Ожидаемые эффекты лечения устройством Revit™

При лечении устройством Revit™ нормальными являются такие ощущения:

- **Тихий шум всасывания -** насос для всасывания производит слабые жужжащие звуки. Это является нормальным.
- **Небольшое покраснение или порозовение кожи.** Во время или сразу после сеанса лечения с помощью устройства Revit™ можно нередко наблюдать очень легкое покраснение кожи. Однако если кожа полностью покраснела, оставьте ее в покое на 48 часов, чтобы дать ей спокойно восстановиться. Если же и через 48 часов на коже остаются проявления гиперчувствительности, следует немедленно прекратить применение устройства Revit.

10. После лечения устройством Revit™

- После завершения сеанса лечения устройством Revit™ выключите устройство Revit™, сделав одно короткое нажатие на КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ, если был включен режим полного всасывания, или два коротких нажатия, если был включен режим частичного всасывания.
- Отключите шнур питания от электрической розетки.
- Рекомендуется осматривать СМЕННЫЙ ФИЛЬТР после каждых нескольких сеансов лечения на предмет засорения продуктами распада кожи. Также важно периодически проводить чистку ШЛИФУЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА.
- После чистки рекомендуется хранить устройство Revit™ в заводской упаковке и беречь его от воды.

11. Техническое обслуживание устройства Revit

11.1 Чистка устройства Revit™

- Рекомендуется проводить чистку устройства Revit™, а особенно — ШЛИФУЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА.
- Перед чисткой следует отключить устройство Revit™ от электропитания.
- Для аккуратного протирания внешнего корпуса устройства Revit™ следует применять сухую чистую ткань.
- Чтобы произвести чистку НАКОНЕЧНИКА изнутри, отделите его от устройства, удерживая РУКОЯТКУ и аккуратно отделяя ее от КОНУСА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ. Теперь НАКОНЕЧНИК готов к чистке.

- Чистку ШЛИФУЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА можно производить с помощью слабого мыльного раствора в теплой воде и мягкой щетки. Затем его следует тщательно высушить.
- Установите НАКОНЕЧНИК на место, аккуратно вталкивая на место РУКОЯТКУ в КОНУС ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ до полного выравнивания.

11.2 Замена наконечника

При необходимости лечения кожи с помощью более грубого или более тонкого наконечника, его можно заменить, соблюдая следующие простые инструкции:

- Отделите применяемый наконечник от устройства, удерживая РУКОЯТКУ и аккуратно отделяя ее от КОНУСА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ.
- Установите выбранный НАКОНЕЧНИК, аккуратно вталкивая на место его РУКОЯТКУ в КОНУС ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ до полного выравнивания.

Теперь устройство готово к работе с выбранным наконечником.

11.3 Замена фильтра

- Чтобы заменить фильтр, удерживайте РУКОЯТКУ и аккуратно отделите ее от КОНУСА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ. Аккуратно выньте фильтр из КОНУСА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ и утилизируйте его. Возьмите из упаковки новый и аккуратно вставьте его в КОНУС.
- Установите НАКОНЕЧНИК на место, аккуратно вталкивая на место РУКОЯТКУ в КОНУС ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ до полного выравнивания.
- Запрещается погружать устройство Revit™ или его части в воду!
- По окончании срока эксплуатации данное устройство следует правильно утилизировать. В этом случае полезные материалы устройства будут переработаны. Это позволит избежать загрязнения окружающей среды.
- Для безопасной и эффективной утилизации следует доставить старое оборудование в ближайший пункт сбора отходов электроники.

12. Поиск и устранение неисправностей

«Мое устройство Revit™ не включается».

- Убедитесь, что шнур питания правильно подсоединен к устройству Revit™.
- Убедитесь, что шнур питания вставлен в электрическую розетку.

«Слабое всасывание».

- Убедитесь, что устройство находится в плотном контакте с кожей, и что активная поверхность устройства ровно и плотно прижата к коже.
- Убедитесь, что включен режим ПОЛНОГО ВСАСЫВАНИЯ. Для этого сделайте одно короткое нажатие на КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ. Если при этом всасывание усилится, то значит, до этого был включен режим

ЧАСТИЧНОГО ВСАСЫВАНИЯ.

- Убедитесь, что пальцы руки не закрывают ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ. Если система не вентилируется, то всасывание становится слабым и неэффективным.
- Убедитесь, что СМЕННЫЙ ФИЛЬТР правильно размещен в КОНУСЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ.
- Убедитесь, что СМЕННЫЙ ФИЛЬТР не засорился продуктами распада кожи. Если же такое произошло, замените фильтр новым согласно указаниям в разделе 11.3.

13. Служба поддержки клиентов

Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.
Если ваше устройство сломано, повреждено, нуждается в ремонте, или необходима другая помощь как пользователю, свяжитесь с местным отделом службы поддержки клиентов Silk'n™.
Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Для клиентов в других странах: info@silkn.com

14. Технические характеристики

Размер головки наконечника		диаметр — 14 мм
Технология		Воздушно-вакуумная шлифующая головка
Параметры электропитания		12 В пост. тока / 0,2 А
Работа и безопасность		См. указания в Руководстве
Стандарт сертификации		IEC 60601-2-57:2011
Группа риска		Не подлежит контролю
Размер упаковки		Высота — 9 дюймов, ширина — 9 дюймов, глубина — 5,2 дюйма180x180x100 мм
Вес системы		110 г
Температура	Условия эксплуатации	От 10 до 35 °C
	Условия хранения	От -40 до +70 °C
Относительная влажность	Условия эксплуатации	От 30 до 75 % отн. вл.
	Условия хранения	От 10 до 90 % отн. вл.
Блок питания:		Модель: KSA24A1200150HU
расчетный		100–240 В; 50–60 Гц; 0,5 А

Direitos de autor 2013 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.
Data de impressão: Fevereiro de 2014

A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a capacidade de fabrico. As informações disponibilizadas pela Home Skinovations Ltd. são, tanto quanto é do seu conhecimento, corretas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Não é concedida, por implicação ou inferência, nenhuma licença sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.
A Home Skinovations Ltd. possui candidaturas a patentes e patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual incluídos no assunto do presente documento. A disponibilização do presente documento não concede qualquer licença a estas patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto os expressamente previstos em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Índice

1. O que é Revit? *102*
2. Descrição do Aparelho Revit™ *103*
3. Conteúdo da Embalagem Revit™ *103*
4. Uso Pretendido do Revit™ *104*
5. Segurança com o Revit™ *104*
5.1 Em que circunstâncias deve consultar o seu médico antes de usar o Revit™? *104*
6. Precauções - Como usar o Revit™ de forma segura *105*
6.1 Evitar complicações após o uso do Revit™ *105*
7. Reduzir o risco de ferimento *105*
8. Como usar o Revit™ *106*
8.1 Configuração do Revit™ *106*
8.2 Usar o Revit™ pela primeira vez *106*
9. O que esperar ao usar o Revit™ *107*
10. Após usar o Revit™ *108*
11. Manutenção do Revit™ *108*
11.1 Limpeza do Revit™ *108*
11.2 Substituição da extremidade *108*
11.3 Substituição do filtro *109*
12. Resolução de problemas *109*
13. Apoio ao cliente *110*
14. Especificações *110*
15. Rotulagem *121*

Antes de utilizar o Revit™ pela primeira vez, por favor leia este Manual do Utilizador na íntegra. Preste particular atenção aos procedimentos de utilização e funcionamento do dispositivo e aos procedimentos após a utilização.
Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar o Revit™ e siga-os rigorosamente quando o utilizar
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por indivíduos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou tendo-lhes sido fornecidas instruções relativas à utilização segura do aparelho e à compreensão dos perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção efetuadas pelo utilizador não podem ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.

1. O que é o Revit™?

O Revit™ consiste num aparelho de terapia de ação dupla, que alia uma estimulação por vácuo a uma exfoliação superficial por dermabrasão, e foi concebido para uso caseiro.

Exfoliação superficial por dermabrasão

- Uma exfoliação suave e não-abrasiva que permite obter uma pele mais suave e tonificada.

Estimulação por vácuo

- Ajuda a estimular, dando origem a uma pele de aspeto mais suave e jovem
- Ajuda a aumentar a tonicidade, a textura e a elasticidade da pele
- Ajuda a reduzir o aspeto de manchas de envelhecimento
- Ajuda a reduzir o aspeto das linhas em torno dos olhos
- Uma pele com aspeto mais suave

2. Descrição do aparelho Revit™

O aparelho de dermabrasão Revit™ possui 3 EXTREMIDADES DE ENCHIMENTO (A) ligadas a uma PUNHO DE BORRACHA (B) com um FILTRO SUBSTITUÍVEL (C), instalado no CONE DA PROTEÇÃO FRONTAL (D), NAS VENTOÍNHAS (E) localizadas na PROTEÇÃO FRONTAL (F) e no BOTÃO ON (G) (ligar) que tem também a função de Regulador da Intensidade da Aspiração, situado na PROTEÇÃO TRASEIRA (H). O cabo adaptador de CA liga-se à parte inferior do aparelho





3. Conteúdo da embalagem

Quando abrir a embalagem do Revit™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- Aparelho de dermabrasão Revit™
- Duas extremidades de enchimento adicionais para usos variados
- Um conjunto de filtros de recarga
- Um cabo adaptador de CA
- Este manual do utilizador

Uso Pretendido do Revit™

O Revit™ consiste num aparelho de venda livre que se destina à exfoliação das camadas superiores da pele, com vista a conferir mais vitalidade à pele. O Revit™ foi ainda concebido para estimular a pele e aumentar a produção de colagénio, a fim de reduzir o aspeto das linhas finas e das rugas.

4. Uso Pretendido do Revit

O Revit™ consiste num aparelho de venda livre que se destina à exfoliação das camadas superiores da pele, com vista a conferir mais vitalidade à pele. Destina-se ao tratamento de:

- Envelhecimento da pele do rosto e do pescoço
- Linhas finas do rosto
- Linhas em torno dos olhos
- Descoloração da pele
- Pontos negros e cicatrizes
- Pele danificada sem vida e danificada pelo sol



5. Segurança com o Revit

5.1 Em que circunstâncias deve consultar o seu médico antes de usar o Revit™?

Certas condições poderão impedir temporariamente o uso do Revit™ ou exigir aconselhamento médico. Queira verificar se algum dos itens se aplica a si:

- Lesões não diagnosticadas
- Surto recente de herpes
- Verrugas
- Queimaduras solares
- Rosácea ativa
- Diabetes mellitus instável
- Distúrbios do sistema autoimune
- Cancro da pele
- Lesões vasculares
- Uso de diluidores do sangue orais (anticoagulantes)

6. Precauções - Como usar o Revit™ de forma segura

É aconselhável dar início a um tratamento ao usar o conjunto de extremidade mais fina no Modo de Aspiração Parcial, numa pequena área de pele. Se não observar reações adversas, pode dar início ao tratamento na área total, continuando contudo a usar o conjunto da extremidade mais fina no Modo de Aspiração Parcial. Se a sua pele não apresentar sinais de reações adversas, pode dar início ao tratamento com as outras extremidades no Modo de Aspiração Total.

6.1 Evite complicações após o uso do Revit™!

- Procure não expor áreas de pele recentemente tratadas à luz solar direta!
- Para proteger pele recentemente tratada sempre que esta for exposta à luz solar, certifique-se de que aplica protetor solar com um FPS 30 ou superior em abundância.
- Certifique-se de que a sua pele se encontra limpa e seca antes de utilizar o Revit™.
- Não utilize o Revit™ nos mamilos ou na zona genital (feminina ou masculina).
- Não utilize o Revit™ com qualquer outro fim que não o da exfoliação da pele.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. Não utilize o Revit™ em crianças nem permita que as crianças o usem.

7. Redução do risco de ferimento

Tal como no caso de qualquer outro aparelho elétrico, devem ser tomadas determinadas precauções de forma a assegurar a sua segurança ao usar o Revit™. O Revit™ é um aparelho elétrico. Como tal, deve ser sempre mantido longe da água e nunca deve ser usado húmido ou molhado.

Não pegue no Revit™ se este cair à água. Desligue-o imediatamente da corrente!

Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Revit™

Tentar abrir o Revit™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia. Desmonte o aparelho apenas para trocar o filtro! (As instruções sobre a forma de trocar o filtro podem ser encontradas na secção 11.3)

- O Revit™ não deve ser abandonado se estiver ligado a uma tomada.
- Não utilize o Revit™ se o cabo ou a ficha estiverem danificados e mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Não utilize o Revit™ se vir ou sentir fumo aquando da utilização.
- Não utilize o Revit™ se uma ou mais ventoinhas estiverem bloqueadas no PUNHO.
- Não utilize o Revit™ se qualquer uma das peças estiver fissurada, partida ou a separar-se
- Desligue o Revit™ da corrente antes de o limpar.
- Não utilize o Revit™ com quaisquer acoplamentos ou acessórios não recomendados pela Home Skinovations Ltd.
- O Revit™ deve ser utilizado apenas com o adaptador correspondente
- Não introduza objetos estranhos no aparelho Revit™!

8. Como usar o Revit™

8.1 Configuração do Revit™

- Remova o aparelho de exfoliação Revit™ e os outros componentes da sua caixa.
- Selecione a extremidade de enchimento que deseja: Grosseira - para uma exfoliação em massa, Média - para um tratamento mais suave, ou Fina para um toque delicado. As instruções sobre a forma de trocar a EXTREMIDADE podem ser encontradas na secção 11.2

Nota: é altamente recomendável iniciar o tratamento com a extremidade granulada fina!

- Adapte o cabo elétrico à tomada do dispositivo Revit™.
- Adapte a outra extremidade do cabo elétrico a uma tomada elétrica.

O seu Revit™ está agora pronto a utilizar.

8.2 Usar o Revit™ pela primeira vez

A pele deverá ser rapada, limpa e seca e não deve conter pós ou desodorizantes.

1. Prima brevemente o BOTÃO ON (ligar). O dispositivo encontra-se agora no Modo de Aspiração Parcial e está pronto para ser utilizado.
2. Segure com firmeza no dispositivo na área do PUNHO, certificando-se de que a sua mão não bloqueia as VENTOINHAS.
3. Se pretender aumentar o nível de intensidade da aspiração, prima uma vez o BOTÃO ON (ligar) para passar do Modo de Aspiração Parcial a Total.
4. Aplique a EXTREMIDADE DE ENCHIMENTO na pele, certificando-se de que a usa de forma uniforme e suave e de que a EXTREMIDADE se encontra em total contacto com a pele.

Abranger áreas de pele

- **Área do pescoço**

  É recomendável iniciar com uma intensidade de aspiração baixa e ir aumentando após algumas utilizações, consoante o seu nível de conforto e a sensibilidade da pele. Recorrendo a movimentos suaves e descendentes, cubra a área do pescoço



- **Testa, bochechas e queixo**

  É recomendável iniciar com uma intensidade de aspiração baixa e ir aumentando após algumas utilizações, consoante o seu nível de conforto e a sensibilidade da pele. Massaje firmemente do centro para a periferia, em direção à linha do cabelo. Continue para baixo em direção à extremidade da cara

- **Áreas dos olhos e do nariz**

  É recomendável iniciar com uma intensidade de aspiração baixa e ir aumentando após algumas utilizações, consoante o seu nível de conforto e a sensibilidade da pele. Na área das sobrancelhas, utilize movimentos curtos e ascendentes, evitando cuidadosamente as pestanas sensíveis. Continue até à área do nariz, utilize movimentos descendentes a direito, seguindo a curva do nariz e a linha da maçã do rosto.

9. O que esperar do tratamento com o Revit™?

Durante o tratamento com o Revit™, é normal experienciar e sentir:

- **Um suave ruído de aspiração -** a bomba de aspiração emite um zumbido baixo. Tal é normal.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada –** Durante e mesmo após a sua sessão com o Revit™ não é invulgar detetar-se uma ligeira cor rosada da pele. Contudo, se observar uma vermelhidão total da pele, deixe a pele repousar durante 48 horas e recuperar confortavelmente. Se a pele continuar a apresentar sinais de hipersensibilidade após 48 horas, pare imediatamente de usar o Revit.

10. Após usar o Revit™

- Sempre que terminar uma sessão com o Revit™, desligue o Revit™ premindo o BOTÃO ON (ligar) brevemente se estiver no Modo de Aspiração Total ou premindo brevemente duas vezes, se estiver a usar no Modo de Aspiração Parcial
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- É recomendável inspecionar o FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO após alguns tratamentos, em busca de bloqueios provocados por fragmentos de pele removida. É ainda importante limpar periodicamente a EXTREMIDADE DE ENCHIMENTO.
- Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Revit™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.

11. Manutenção do Revit

11.1 Limpeza do Revit™

- É recomendável limpar o seu dispositivo Revit™, especialmente a EXTREMIDADE DE ENCHIMENTO.
- Desligue o Revit™ da corrente antes de o limpar.
- Utilize um pano seco e limpo para limpar com suavidade a armação exterior do Revit™.
- Para limpar o interior da EXTREMIDADE, separe-a do aparelho, segurando no PUNHO e desacoplando cuidadosamente o mesmo do CONE DE COBERTURA FRONTAL. A EXTREMIDADE está agora pronta para ser limpa.
- A EXTREMIDADE DE ENCHIMENTO pode ser limpa usando água quente ou sabão neutro. Seque totalmente.
- Volte a adaptar a EXTREMIDADE empurrando o PUNHO com suavidade em direção ao CONE DE COBERTURA FRONTAL até que ambos fiquem alinhados na perfeição

11.2 Substituição da extremidade

Se pretender tratar a pele com uma extremidade mais fina ou grosseira daquela que estiver a usar no momento, pode substituí-la usando uma das seguintes instruções simples:

- Separe a extremidade atual do aparelho, segurando no seu PUNHO e desacoplando com cuidado o CONE DE COBERTURA FRONTAL.
- Adapte a EXTREMIDADE que selecionou, empurrando o PUNHO com suavidade em direção ao CONE DE COBERTURA FRONTAL até que se encontrem alinhados na perfeição.

Está agora pronto para utilizar o aparelho com a extremidade desejada

11.3 Substituição do filtro

- Para substituir o filtro, segure cuidadosamente no PUNHO, desacoplando-o do CONE DE COBERTURA FRONTAL. Remova gentilmente o filtro do seu alojamento no interior do CONE DE COBERTURA FRONTAL e elimine-o. Retire um novo do conjunto e substitua-o cuidadosamente dentro do CONE.
- Volte a adaptar a EXTREMIDADE empurrando o PUNHO com suavidade em direção ao CONE DE COBERTURA FRONTAL até que ambos fiquem alinhados na perfeição
- Nunca coloque o Revit™ ou qualquer um dos seus componentes em água!
- Este dispositivo tem de ser eliminado corretamente quando atingir a fase de Fim de Vida Útil. Desta forma, os materiais valiosos do dispositivo são reciclados e o fardo para o ambiente evitado.
- Entregue o seu equipamento usado no ponto de recolha de resíduos eletrónicos da sua zona para que seja eliminado de forma segura e eficiente.

12. Resolução de problemas

"O meu Revit™ não funciona."

- Assegure-se que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao aparelho Revit™.
- Assegure-se que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

"A aspiração é fraca"

- Certifique-se de que o aparelho está totalmente em contacto com a pele e de que a superfície de tratamento é pressionada de forma uniforme e firme contra a pele.
- Certifique-se de que se encontra no modo de ASPIRAÇÃO TOTAL. Para tal, prima brevemente o BOTÃO ON (ligar). Se a aspiração aumentar, encontrava-se ativo o modo de ASPIRAÇÃO PARCIAL.
- Certifique-se de que os dedos não se encontram a bloquear as VENTOINHAS DE AR. Sem o ar a entrar no sistema, a aspiração torna-se lenta e pouco eficaz.
- Certifique-se de que o FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO se encontra corretamente posicionado no interior do CONE DE COBERTURA FRONTAL.
- Certifique-se de que o FILTRO SUBSTITUÍVEL não se encontra entupido por partículas de pele removidas. Se for esse o caso, substitua o filtro por outro novo, conforme as instruções da secção 11.3

13. Apoio ao cliente

Para mais informações sobre o Silk'n Glide™ por favor entre no seu sítio local,
em www.silkn.eu ou www.silkn.com
Se o seu aparelho estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do aparelho, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n™:
Para clientes dos EUA e Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes em outros países: info@silkn.com

14. Especificações

Tamanho da cabeça da extremidade		Diâmetro de 14 mm
Tecnologia		Cabeça de enchimento com vácuo
Potência		12V CC 0,2A
Funcionamento e Segurança		ver as instruções do manual
Padrão de classificação		IEC 60601-2-57:2011
Grupo de risco		Isento
Tamanho da embalagem		9 polegadas de altura, 9 polegadas de largura, 5,2 polegadas de profundidade180x180x100mm
Sistema de peso		110 gr.
Temperatura	Funcionamento	10°C a 35°C
	Armazenamento	-40 a +70°C
Humidade relativa	Funcionamento	30 a 75% HR
	Armazenamento	10 a 90% HR
Adaptador		Modelo: KSA24A1200150HU
Classificação		100-240V; 50-60Hz; 0,5A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.
Data di stampa: febbraio 2014

Home Skinovations Ltd. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.
Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd., nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento.
I dati riportati sono soggetti a modifica senza preavviso.
Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd., la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Sommario

1. Che cosa è il Revit™? *112*
2. Descrizione del dispositivo Revit™ *113*
3. Contenuto della confezione Revit™ *113*
4. Destinazione d'uso di Revit™ *114*
5. Revit™ e sicurezza *114*
5.1 Quando occorre rivolgersi al medico prima di usare Revit™? *114*
6. Precauzioni - Come utilizzare Revit™ in sicurezza *115*
6.1 Come evitare problemi dopo aver utilizzato Revit™ *115*
7. Come diminuire il rischio di incidenti *115*
8. Come usare Revit™ *116*
8.1 Configurazione di Revit™ *116*
8.2 Il primo trattamento con Revit™ *116*
9. Cosa aspettarsi dal trattamento con Revit™ *117*
10. Dopo il trattamento con Revit™ *118*
11. Manutenzione di Revit™ *118*
11.1 Pulizia di Revit™ *118*
11.2 Sostituzione della Punta *118*
11.3 Sostituzione del filtro *119*
12. Risoluzione dei problemi *119*
13. Servizio di assistenza clienti *120*
14. Specifiche tecniche *120*
15. Etichettatura *121*

Prima di usare Revit™ per la prima volta, vi invitiamo a leggere completamente il presente Manuale Utente. Prestare particolare attenzione alle procedure d'uso e funzionamento del dispositivo e a quelle post-utilizzo.
Prima di utilizzare Revit™ vi invitiamo a leggere ogni avvertenza e precauzione di sicurezza attenendovisi scrupolosamente
Se adeguatamente supervisionati e istruiti all'uso in sicurezza del dispositivo, avendone compresi i rischi connessi, questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e psichiche, ovvero da soggetti privi di qualsiasi esperienza o conoscenza specifiche.

I bambini non devono giocare con questo dispositivo.

Senza adeguata supervisione, pulizia e manutenzione del dispositivo non possono essere affidate a un bambino.

1. Che cosa è il Revit™?

Il Revit™ è un dispositivo terapeutico a doppia azione per uso domestico, che abbina esfoliazione cutanea con punta dermoabrasiva e vacuum stimolazione.

Esfoliazione con punta dermoabrasiva

- Esfoliazione delicata, non abrasiva, per una pelle più fresca e levigata

Vacuum stimolazione

- Stimola la pelle rendendola più levigata e d'aspetto più giovanile
- Migliora tono, trama ed elasticità della pelle
- Riduce la comparsa di macchie cutanee senili
- Riduce la comparsa di linee perioculari
- La pelle appare più levigata

2. Descrizione del dispositivo Revit™

Il dispositivo per dermoabrasione Revit™ è dotato di 3 PUNTE LEVIGANTI (A) connesse a un'IMPUGNATURA GOMMATA (B), di un FILTRO SOSTITUIBILE (C) inserito nel CONO ANTERIORE (D), di PRESE D'ARIA (E) disposte sulla CALOTTA ANTERIORE (F), e di un PULSANTE ON (G) di accensione, utilizzato anche per regolatore l'intensità d'aspirazione , collocato sulla CALOTTA POSTERIORE (H). Il cavo dell'adattatore CA è connesso alla parte inferiore del dispositivo





3. Contenuto della confezione

La confezione di Revit™ contiene:

- Dispositivo per dermoabrasione Revit™
- Due Punte Leviganti aggiuntive d'uso vario
- Una confezione di filtri di ricambio
- Adattatore CA con cavo
- Questo Manuale Utente

Uso previsto di Revit™

Revit™ è un dispositivo acquistabile senza prescrizione medica che serve a esfoliare gli strati più superficiali della pelle, donandole un aspetto più fresco. Revit™ serve anche a stimolare la pelle e a incentivarne la produzione di collagene per ridurre l'insorgenza di linee e rughe cutanee.

4. Uso previsto di Revit™

Revit™ è un dispositivo acquistabile senza prescrizione medica, utilizzato per esfoliare gli strati cutanei più superficiali, allo scopo di donare un aspetto più fresco alla pelle. Il dispositivo è destinato al trattamento di:

- Invecchiamento della pelle di viso, corpo e collo
- Linee sottili della pelle del viso
- Linee cutanee perioculari
- Decolorazione della pelle
- Macchie scure e cicatrici
- Pelle opaca e danneggiata dal sole



5. Revit™ e sicurezza

5.1 Quando occorre rivolgersi al medico prima di usare Revit™?

Alcune condizioni possono temporaneamente sconsigliare l'uso di Revit™ o rendere indispensabile un preventivo parere medico. La invitiamo a verificare se interessato da una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Lesioni non diagnosticate
- Focolaio erpetico recente
- Verruche
- Scottatura da esposizione al sole
- Rosacea in fase attiva
- Diabete mellito instabile
- Disturbi del sistema autoimmunitario
- Tumore della pelle
- Lesioni vascolari
- Assunzione di anticoagulanti orali

6. Precauzioni - Come utilizzare Revit™ in sicurezza

È consigliabile iniziare il trattamento su una piccola area cutanea, impiegando la punta più sottile e impostando la modalità Partial Suction (aspirazione ridotta). Se la pelle non mostra alcuna reazione avversa può essere avvito il trattamento dell'intera area, utilizzando la punta più sottile e impostando la modalità Partial Suction (aspirazione ridotta). Se la pelle continua a non mostrare reazioni avverse si può cominciare il trattamento con punte diverse in modalità Full Suction (aspirazione massima).

6.1 Come evitare problemi dopo aver utilizzato Revit™

- È bene non esporre aree cutanee recentemente trattate alla luce diretta del sole!
- Per proteggere dall'esposizione solare la cute recentemente trattata, applicare sull'intera area una protezione solare con SPF 30 o superiore.
- Prima di usare Revit™, assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.
- Non usare Revit™ sui capezzoli e genitali (maschili o femminili).
- Non usare Revit™ per operazioni diverse dall'esfoliazione cutanea.
- Mantenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non usare Revit™ su bambini né consentire loro di usarlo.

7. Come diminuire il rischio di incidenti

Come per qualsiasi altro dispositivo elettrico, per garantire l'utilizzo in sicurezza di Revit™ occorre osservare alcune precauzioni. Revit™ è un dispositivo elettrico. Come tale, deve sempre essere tenuto lontano dall'acqua e non essere utilizzato se umido o bagnato.

Qualora Revit™ cadesse nell'acqua, non raccoglierlo. Staccare immediatamente la spina!

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo Revit™!

Il tentativo di aprire Revit™ può danneggiarlo e invalidare la garanzia. Disassemblare il dispositivo solo per cambiare il filtro! (per istruzioni su come sostituire il filtro, fare riferimento alla sezione 11.3)

- Quando è collegato a una presa di corrente, Revit™ non deve mai essere lasciato incustodito.
- Non utilizzare Revit™ se il cavo d'alimentazione o la spina sono danneggiati e mantenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non usare Revit™ se si vede del fumo o se ne avverte l'odore.
- Non usare Revit™ se una o tutte le prese d'aria presenti sull'IMPUGNATURA appaiono ostruite.
- Non usare Revit™ se qualche sua parte sembra incrinata, danneggiata, o sul punto di rompersi.
- Prima di pulirlo, scollegare Revit™.
- Non usare Revit™ collegandovi parti o accessori non espressamente consigliati da Home Skinovations Ltd.
- Revit™ deve essere utilizzato solo con il suo specifico adattatore
- Non introdurre oggetti estranei all'interno del dispositivo Revit™!

8. Come usare Revit™

8.1 Configurazione di Revit™

- Estrarre il dispositivo per esfoliazione Revit™ e gli altri componenti dalla scatola in cui sono contenuti.
- Scegliere la Punta Levigante richiesta: a Grana grossa - per un'esfoliazione decisa, a Grana media - per un trattamenti più delicato, a Grana fine - per rifinire delicatamente. Per ulteriori istruzioni su come sostituire la PUNTA, fare riferimento alla sezione 11.2

Nota: consigliamo fortemente di avviare il trattamento con la punta a Grana fine!

- Inserire il terminale del cavo di alimentazione nella presa del dispositivo Revit™.
- Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica.

A questo punto, il Revit™ è pronto per l'uso.

8.2 Primo trattamento con Revit™

Nell'area da trattare la pelle deve essere pulita, asciutta e senza residui di cipria o di prodotti antitraspiranti o deodoranti.

1. Imprimere una breve pressione sul PULSANTE ON . Il dispositivo si trova ora in modalità Partial Suction (aspirazione ridotta) ed è pronto per l'uso.
2. Impugnare fermamente il dispositivo attraverso l'IMPUGNATURA, assicurandosi che la mano non ostruisca le PRESE D'ARIA.
3. Se si desidera aumentare l'intensità d'aspirazione, premere una sola volta il PULSANTE ON per passare dalla modalità Partial Suction a quella Full Suction (da aspirazione ridotta a aspirazione massima).
4. Applicare la PUNTA LEVIGANTE sulla pelle, assicurandosi che la pelle sia uniformemente distesa e scorrevole, e che la PUNTA vi aderisca completamente.

Trattamento delle diverse aree cutanee



- **Area cervicale**

  Consigliamo di avviare il trattamento a bassa intensità di aspirazione, aumentandone il livello solo dopo alcune sessioni di trattamento, in base alla sensazione di comfort avvertita e alla sensibilità della pelle. Lavorare l'area del collo con tocchi uniformi diretti in basso.

- **Fronte, guance e mento**

  Consigliamo di avviare il trattamento a bassa intensità di aspirazione, aumentandone il livello solo dopo alcune sessioni di trattamento, in base alla sensazione di comfort avvertita e alla sensibilità della pelle. Accarezzare risolutamente l'area partendo dal centro e procedendo verso la periferia, in direzione dell'attaccatura dei capelli. Proseguire inferiormente, verso il margine del viso.

- **Aree intorno a occhi e naso**

  Consigliamo di avviare il trattamento a bassa intensità di aspirazione, aumentandone il livello solo dopo alcune sessioni di trattamento, in base alla sensazione di comfort avvertita e alla sensibilità della pelle. Nella zona intorno alle sopracciglia, muovere la punta con tocchi brevi, diretti in alto, evitando con cura la superficie sensibile delle palpebre. Continuare verso l'area del naso, con tocchi rettilinei, condotti verso il basso, seguendo la curva del naso e la linea dello zigomo.

9. Cosa aspettarsi dal trattamento con Revit™?

Nel corso del trattamento con Revit™ è normale sentire e avvertire:

- **Un lieve rumore d'aspirazione -** la pompa d'aspirazione emette un leggero ronzio. Ciò è normale.
- **Lieve colorazione rossa o rosata -** Durante e subito dopo la sessione di trattamento con Revit™ non è raro che la pelle dell'area trattata appaia lievemente rosata. Tuttavia, se la pelle risultasse completamente arrossata, lasciarla a riposo per 48 ore, per darle modo di recuperare l'assetto normale. Se, trascorse 48 ore, la pelle continuasse a mostrare segni di ipersensibilizzazione, interrompere immediatamente l'uso di Revit™.

10. Dopo il trattamento con Revit™

- Una volta completata la sessione con Revit™, spegnere il dispositivo con una breve pressione sul PULSANTE ON, se si è in modalità Full Suction (aspirazione massima), o con due brevi pressioni se si è in modalità Partial Suction (aspirazione ridotta)
- Estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Consigliamo di ispezionare frequentemente il FILTRO SOSTITUIBILE per verificare se è ostruito da i residui di pelle esfoliata. È anche importante ripulire periodicamente la PUNTA LEVIGANTE.
- Dopo la pulizia, raccomandiamo di riporre il dispositivo Revit™ nella sua confezione originaria e tenerlo lontano dall'acqua.

11. Manutenzione di Revit™

11.1 Pulizia di Revit™

- Raccomandiamo di pulire Revit™ con particolare attenzione alla PUNTA LEVIGANTE.
- Prima di pulirlo, scollegare Revit™ dalla rete elettrica.
- Pulire delicatamente l'involucro esterno di Revit™ con un panno asciutto e pulito.
- Per pulire l'interno della PUNTA, estrarla tenendola per l'IMPUGNATURA e staccarla cautamente dal CONO ANTERIORE. La PUNTA è ora pronto per essere pulita.
- La PUNTE LEVIGANTE può essere pulita con acqua tiepida, sapone neutro, e spazzola a setole morbide. Asciugarla con cura.
- Rimontare la PUNTA premendone delicatamente l'IMPUGNATURA sul CONO ANTERIORE, finché le due parti non siano perfettamente allineate

11.2 Sostituzione della Punta

Se si desidera eseguire il trattamento cutaneo con una punta più o meno sottile di quella attuale, è possibile sostituire quella in uso seguendo le seguenti semplici istruzioni:

- Staccare la punta dal dispositivo tenendola per l'IMPUGNATURA ed estrarla con cautela dal CONO ANTERIORE.
- Montare la PUNTA scelta spingendola delicatamente tramite l'IMPUGNATURA sul CONO ANTERIORE, finché le due parti non siano perfettamente allineate.

A questo punto è possibile utilizzare il dispositivo con la punta scelta

11.3 Sostituzione del filtro

- Per sostituire il filtro, tenere l'IMPUGNATURA e staccarlo con cautela dal CONO ANTERIORE. Rimuovere delicatamente il filtro dal suo alloggiamento all'interno del CONO ANTERIORE e smaltirlo. Prendere il filtro vergine dalla confezione e collocarlo con cura all'interno del CONO.
- Rimontare la PUNTA premendone delicatamente l'IMPUGNATURA sul CONO ANTERIORE, finché le due parti non siano perfettamente allineate
- Non immergere mai Revit™ o una delle sue parti nell'acqua!
- Una volta raggiunto il limite di utilizzo previsto dal produttore, questo dispositivo dovrà essere correttamente smaltito. In tal modo, i materiali riutilizzabili presenti nel dispositivo potranno essere riciclati, evitandone così l'accumulo nell'ambiente.
- Per smaltire velocemente e in sicurezza il dispositivo usato, portarlo nel centro di raccolta differenziata più vicino.

12. Risoluzione dei problemi

"Il mio Revit™ ™ non si avvia."

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al dispositivo Revit™.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa elettrica a muro.

"La forza di aspirazione è debole"

- Assicurarsi di avere stabilito un buon contatto con la pelle e che la superficie di trattamento sia uniformemente e saldamente premuta sulla pelle.
- Accertarsi di essere in modalità FULL SUCTION (massima aspirazione). Per verificarlo, premere brevemente il PULSANTE ON. Se la forza di suzione aumenta vuol dire che ci si trovava in modalità di ASPIRAZIONE RIDOTTA.
- Assicurarsi che le dita non ostruiscano le prese d'aria. Se nel sistema non entra aria, l'aspirazione diventa lenta e inefficiente.
- Accertare che il FILTRO SOSTITUIBILE sia correttamente posizionato all'interno del CONO ANTERIORE.
- Accertare che il FILTRO SOSTITUIBILE non sia intasato dalle particelle di pelle esfoliata. Se fosse intasato, sostituirlo con un filtro vergine, come spiegato in sezione 11.3

13. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni sui prodotti di Silk'n™, entra nel sito locale di Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com.
Se il proprio apparecchio è rotto, danneggiato o da riparare, oltre che per ricevere assistenza di altro tipo, contattare il locale Servizio di Assistenza Clienti Silk'n™.
Per i clienti di Nord America e Canada: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-mail: contact@silkn.com
Per clienti in altri Paesi: info@silkn.com

14. Specifiche tecniche

Dimensione della testa della punta		Diametro 14 mm
Tecnologia		Testina levigante a vuoto
Corrente		12 V CC 0,2 A
Azionamento e sicurezza		vedi manuale di istruzioni
Standard di classificazione		IEC 60601-2-57:2011
Gruppo di rischio		Esente
Dimensioni della Confezione		Altezza 9 pollici, Larghezza 9 pollici, Profondità 5,2 pollici180x180x100 mm
Peso del sistema		110 gr.
Temperatura	Operazione	Da 10 °C a 35 °C
	Conservazione	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	Operazione	Da 30% a 75% di UR
	Conservazione	Da 10% a 90% di UR
Adattatore		Modello: KSA24A1200150HU
Valori nominali		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

HomeSkinovations™

info@silkn.com
www.silkn.com